

Samodzielny Publiczny  
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
ul. Bytomska 62  
41-940 Piekary Śląskie  
Seksja d/s zamówień publicznych  
Znak sprawy: SZP.270-5/14

.....  
.....  
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
*Akcesoria eksploatacyjne dla sterylizacji - 2.*

**Numer ogłoszenia: 18529 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:

#### **PYTANIE 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z odpornością na przenikanie glutaaraldehydu z czasem min. 480 min.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

#### **PYTANIE 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, których spełnianie norm będzie potwierdzone deklaracją w postaci raportu z wynikami badań.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

#### **MODYFIKACJE**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ w załączniku nr 4 w Pakiecie nr 2, zamawiający zastępuje zapis:

*Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji w parze wodnej w temperaturach 134 st. C 5 minut i 121 st. C 20 minut. Dla narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych. Test chemiczny zgodny z normą EN ISO 11140, deklaracja zgodności producenta na potwierdzenie parametrów wskaźnika oraz zgodność normy PN EN 285, Karta katalogowa wystawiona przez producenta oferowanego wyrobu, test kompatybilny z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej przyrządu testowego gke - PCD - Steri record compact.*

zapisem:

*Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji w parze wodnej w temperaturach 134 st. C 5 minut i 121 st. C 20 minut. Dla narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych. Test chemiczny zgodny z normą EN ISO 11140-1, klasa 2, deklaracja zgodności producenta na potwierdzenie parametrów wskaźnika oraz zgodność normy PN EN 285, Karta katalogowa wystawiona przez producenta oferowanego wyrobu, test kompatybilny z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej przyrządu testowego gke - PCD - Steri record compact.*

2. W SIWZ w części 9 zamawiający zastępuje zapis:

*Pakiet nr 2:*

- deklaracja zgodności producenta z normą EN ISO 11140;*
- deklaracja zgodności producenta z normy PN EN 285;*
- karta katalogowa wystawiona przez producenta.*

zapisem:

*Pakiet nr 2:*

- deklaracja zgodności producenta z normą EN ISO 11140-1, klasa 2;*
- deklaracja zgodności producenta z normy PN EN 285;*
- karta katalogowa wystawiona przez producenta.*

3. W SIWZ w części 14. Termin 06.02.2014r. składania i otwarcia ofert, zastępuje się terminem 10.02.2014r.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2014r. godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Sekcji  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Adam Pietrzyk