

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-23/17

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie nr 61920 - 2017z dnia 2017-04-07r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:

PYTANIE NR 1

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z leżem wypełnionym łatwymi do utrzymania w czystości metalowymi lamelami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach zewnętrznych: 1660x840x1570 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z kątem przechyłu Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z kątem przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości wygodną dla personelu medycznego 820-1140 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości boków 920-1560 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7

Pakiet nr 4 – łóżeczko – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z tworzywowymi, niebrudzącymi kółkami z metalowym trwałym widelcem, z indywidualną blokadą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8

Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało podaną skuteczność biobójczą (bakteriobójczą, grzybobójczą, drożdżakobójczą oraz sporobójczą) w czasie już jednego procesu dezynfekcji. Na rynku są dostępne urządzenia, w których do osiągnięcia wymaganych parametrów konieczne jest przeprowadzenie kilku procesów następujących po sobie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało skuteczność biobójczą (bakteriobójczą, grzybobójczą, drożdżakobójczą oraz sporobójczą) w czasie jednego procesu dezynfekcji.

PYTANIE NR 9

Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie charakteryzowało się podaną skutecznością biobójczą w czasie procesu przeprowadzanego w podanym w SIWZ stężeniu, tj. nie więcej niż 3ml/m³.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie charakteryzowało się skutecznością biobójczą, przy zużyciu nie więcej niż 3ml/m³ płynu.

PYTANIE NR 10

Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie umożliwiło przeprowadzenie procesu zamgławiania pomieszczenia o kubaturze do 20 m³ w czasie nie dłuższym niż 3 min.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie charakteryzowało się zasięgiem dezynfekcji do 20m³ w czasie 3min.

PYTANIE NR 11

Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o podanie maksymalnej kubatury pomieszczeń, którą ma zdezynfekować oferowane urządzenie. W jednym miejscu Załącznika nr 4 mowa jest o 350 m³, zaś w drugim o zakresie od 5 do 165m³. Która wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie charakteryzowało się zasięgiem dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 350m³.

PYTANIE NR 12

Dotyczy Pakietu nr 1

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga, aby czas od zakończenia procesu dezynfekcji do momentu bezpiecznego użytkowania sali nie był dłuższy niż 3h, prosimy o podanie ilości wymian powietrza, które zapewnia wentylacja w dezynfekowanych salach.

Odpowiedź: Sale wyposażone są w wentylację grawitacyjną.

PYTANIE NR 13

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy pisząc o czasie od zakończenia dezynfekcji, Zamawiający ma na myśli czas od zakończenia etapu dyfuzji środka do pomieszczenia, czy też czas od końca etapu kontaktu środka z dezynfekowaną powierzchnią?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby czas od zakończenia pracy urządzenia do momentu bezpiecznego użytkowania sali nie był dłuższy niż 3 godziny.

PYTANIE NR 14

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w zewnętrzny timer, nie stanowiący elementu oferowanego urządzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15

dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej mgły o następujących parametrach:

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów
- Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
- Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
- Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
- Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
- Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów – badania zgodne z normą NF T 72281 (2014r)
- Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 %, bądź 12 % nadtlenu wodoru
- Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
- Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzona przez producenta
- Ustawianie kubatury od 10 – 1000 m3 za pomocą membrany dotykowej z diodami LED
- Szybkość dezynfekcji: 50m3 w czasie 3 minut
- Waga max. 6,0kg
- Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB
- Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji
- Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16

dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające badania potwierdzające skuteczności działania zgodnie z normą NF T 72281 (2014r) dotyczącą zamgławiania na: pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, enterococcus hirae, escherichia coli, candida albicans, aspergillus brasiliensis, bacillus subtilis, mycobacterium terrae, Adenovirus, Norovirus, Clostridium difficile.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17

dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia były produktem biobójczym posiadającym pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Zgodnie w ustawą z dnia 9 października

2015 r. o produktach biobójczych - Rozdział 2, Art. 5. Udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 18

dotyczy pakietu nr 1

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu, zamiast certyfikatu CE zgodnego z dyrektywą 93/42/EEC? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19

dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające specjalistyczny system maceracji oparty na 2 odpowiednio wyprofilowanych, bardzo mocnych modułach tnąco rozrywających, z dożywotnią gwarancją bez konieczności ich ostrzenia? Liczba noży nie ma wpływu na jakość procesu maceracji, uzależnione jest to jedynie od technologii rozdrabniania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20

dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługiwane ręcznie? Oferowane urządzenie posiada dodatkowo system ochrony mikrobiologicznej zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na pokrywie urządzenia oraz uchwyt umożliwiający łokciowe otwieranie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 21

dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeznaczone do utylizacji jednego dużego naczynia z pulpy, z czasem cyklu 53 sekundy, o wymiarach: 360 mm szer. x 977mm wys. x 445 mm gł. i wadze 50kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22

dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym otwieranie pokrywy odbywa się za pomocą pedału nożnego, natomiast zamykanie przez popchnięcie pokrywy z automatycznym uruchomieniem cyklu po jej zamknięciu? Oferowane urządzenie posiada dodatkowo system ochrony mikrobiologicznej zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na pokrywie urządzenia. Połączenie tych elementów maksymalnie zmniejsza ryzyko powstawania zakażeń krzyżowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 23**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojemność 4 dowolnych naczyń na cykl np. (2 kaczki+ 2 baseny, 3 baseny + 1 kaczka, itd.)? Na rynku nie ma urządzenia mogącego w jednym cyklu zmieścić 8 dowolnych naczyń np.8 misek 3l, bądź 8 basenów na cykl.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 24**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające regulowany czas cyklu w zakresie od 82 – 114 sekund oraz zużycie wody od 16 – 22 litrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 411mm szer. x 908mm wys. x 524 mm gł.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 26**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

PYTANIE NR 27**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy nie większej niż 600[W]? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

PYTANIE NR 28**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głośności 55,6 - 63,6dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 29**Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóžeczko o wymiarach 167x80x170,1cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30**Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóžeczko z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-7st?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31**Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leżą w zakresie 75-91cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 32**Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją boków w zakresie 105-155,5cm?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 33**Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów: biały, żółty, niebieski, szary?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników.

MODYFIKACJE

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający zastępuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 zmodyfikowany zapisem zawartym w załączniku nr 4mod do SIWZ.
2. Zamawiający, w załączniku nr 2 w § 11 ust. 2 dodaje pkt. 6 w następującym brzmieniu: [...6) Odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.....]
3. Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2 do SIWZ, zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2mod do SIWZ.
4. Zamawiający zastępuje Załącznik nr 4 do SIWZ, zmodyfikowanym Załącznikiem nr 4mod do SIWZ.
5. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 - 13.1. Miejsce i termin składania ofert:
 - a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,
 - b) termin składania ofert: do dnia 21/04/2017r., do godz. 09:00.
 - 13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 - a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,
 - b) termin otwarcia ofert: w dniu 21/04/2017r., do godz. 11:30.....]

zapisem:

[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 25/04/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 25/04/2017r., do godz. 11:30....]

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 25.04.2017 r., ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych
mgr Adam Pietrzyk