

Samodzielny Publiczny  
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
ul. Bytomska 62  
41-940 Piekary Śląskie  
Sekcja d/s zamówień publicznych  
Znak sprawy: SZP.270-36/16

.....  
.....  
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

*Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora*

**Numer ogłoszenia: 2016/S 131-235964; data zamieszczenia: 09/07/2016**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:

#### **PYTANIE NR 1**

Zapisy SIWZ 6.11 JEDZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Wykonawca w przypadku złożenia dokumentów przedmiotowych i podmiotowych – zgodnie z zapisami SIWZ – nie dokładał do oferty oświadczenia JEDZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ, ponadto Zamawiający, zgodnie z Komunikatem UZP oraz Dyrektywą 2014/24/UE i 2014/25/UE będzie akceptował złożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia jako oświadczenia własnego Wykonawcy.

#### **PYTANIE NR 2**

Zapisy SIWZ 6.12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie metodyk, instrukcji obsługi analizatora zostały załączone osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie lub tylko załączone na płycie CD?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą metodyk, instrukcji obsługi analizatora, jako osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie.

#### **PYTANIE NR 3**

Załącznik nr 2 pkt. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na CD razem z umową lub w wersji pisemnej, podpisane tylko na pierwszej stronie – osobno zbindowane razem z ofertą ? Uzasadnienie – towar wysyłany jest do Zamawiających bezpośrednio z magazynu – gdzie pracownicy nie mają wiedzy która dostawa jest pierwsza.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na załączenie Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych razem z umową w wersji pisemnej, podpisane tylko na pierwszej stronie.

#### **PYTANIE NR 4**

Załącznik nr 2 pkt. 22 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 24 godziny w dni robocze ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiednią modyfikację.

#### **PYTANIE NR 5**

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej? Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii. Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowiedzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię przetwarzania danych osobowych.

#### **PYTANIE NR 6**

W celu oszacowania w ofercie kosztów związanych z kalibracją i kontrolą analizatorów prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rutynowo wykonywać będzie cały panel badań zawartych w załączniku cenowym nr 1 SIWZ równocześnie na obydwu analizatorach czy nastąpi ich podział na dwa niezależne systemy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający rutynowo będzie wykonywał oznaczenia w podziale na dwa analizatory. Dostawca w razie awarii analizatora pokryje koszty kalibracji testów przeniesionych na drugi analizator.

#### **PYTANIE NR 7**

W związku z wymogiem pokrycia przez Oferenta kosztów podłączenia do LIS prosimy o informacje czy Zamawiający posiada stacje robocze systemu LIS z wolnym portem RS232 umożliwiającym podłączenie analizatorów?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada komputer, jednak wymagane jest dostarczenie przez Dostawcę konwertera USB – RS232 opartego o FTDI wraz z okablowaniem.

#### **PYTANIE NR 8**

Zał. nr. 2 pkt. 27 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podpisania przez Oferenta dodatkowej umowy z MLD na wykonanie badań „ cito ” ?

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Oferent był zobowiązany jedynie do pokrycia różnicy kosztów pomiędzy kosztami oznaczeń wykonywanymi w Laboratorium Zamawiającego, a Zewnętrznym MDL ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreślił zapis pkt nr 27 załącznika nr 2 do SIWZ, i wprowadził nowy pkt nr 27.

#### **PYTANIE NR 9**

W związku z brzmieniem pkt 27 Załącznika nr 2 do SIWZ oraz par. 4 ust. 9 i 11 w zakresie zobowiązania Wykonawcy do "zabezpieczenia wykonywania badań w innym laboratorium w przypadku:

- w czasie przeglądów konserwacyjnych

- w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin dla całego panelu badań, zlecenia w trybie cito, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR. 1. oraz pokrycia kosztów oznaczeń we wskazanym przez Zamawiającego MDL wraz z kosztami transportu,

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez:

- określenie laboratorium z którym Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę ?
- wskazanie w której pozycji Załącznika cenowego nr 1 Wykonawca ma ująć koszty wymaganych oznaczeń wraz z kosztami transportu ?

Zamówienia publiczne, zarówno w świetle dyrektyw, jak i ustawy z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, koniecznym elementem składanych przez wykonawców ofert jest cena, za którą wykonawca podejmie się realizacji zamówienia, a tym samym cena, którą zobowiązany będzie zapłacić za to zamawiający. Świadczenia regulowane Pzp mają charakter odpłatny. W związku z powyższym w myśl Pzp, jak i ustawy z 2001 r. o cenach rozliczenie za świadczone usługi ma charakter odpłatny. Tym samym, Zamawiający zobowiązany jest tak przygotować i przeprowadzić postępowanie aby wykonawca za zrealizowane usługi/dostawy uzyskał należne mu wynagrodzenie. Formułowanie przez Zamawiającego SIWZ z wymaganiem realizacji przez wykonawcę świadczeń nieodpłatnych narusza zasady udzielenia zamówienia publicznego i jest sprzeczne z jego definicją, dlatego też konieczne jest w świetle wymaganego zabezpieczenia wykonywania badań umożliwienie wykonawcom wyceny tej usługi.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Powyższe oznacza,

iż Zamawiający zobowiązany jest w SIWZ zawrzeć wszelkie elementy przedmiotu zamówienia mające wpływ na przygotowaną ofertę i jej wycenę. Odniesienie się Zamawiającego do bliżej niesprecyzowanego laboratorium wskazanego po zawarciu umowy uniemożliwia wykonawcy złożenie rzetelnej oferty.

Mając powyższe na względzie konieczne jest wyjaśnienie powyższych kwestii przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreślił zapis pkt nr 27 załącznika nr 2 do siwz, i wprowadził nowy pkt nr 27.

#### **PYTANIE NR 10**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **PYTANIE NR 11**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§3 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **PYTANIE NR 12**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych? Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może

okazać się terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. W związku z powyższym prosimy jak w pytaniu.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nie przewiduje hodowli bakterii podczas wykonywania oznaczeń z zakresu immunochemii.

#### **PYTANIE NR 13**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **PYTANIE NR 14**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie jednego analizatora w terminie do 7 dni od podpisania umowy, drugiego analizatora w terminie do 30 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie, drugiego analizatora w terminie do 15 dni od podpisania umowy.

#### **PYTANIE NR 15**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Dostawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

#### **PYTANIE NR 16**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§4 ust. 9 oraz załącznik nr 2 pkt 27 – W związku z instalacją w laboratorium dwóch równoważnych analizatorów czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Dostawca zapewnia przystąpienie do naprawy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Jeżeli zgłoszenie awarii nastąpi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, Dostawca przystąpi do naprawy następnego dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej ponad 24 godziny Dostawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, pod warunkiem, że w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin (dotyczy każdego dnia tygodnia- dni robocze i wolne) do czasu dostarczenia analizatora zastępczego lub przystąpienia do naprawy, Wykonawca pokryje różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz, a ceną odczynników wynikającą z niniejszej umowy” oraz modyfikację w załączniku nr 2 pkt 27?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami.

#### **PYTANIE NR 17**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2 umowy;”?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiednią modyfikację.

#### **PYTANIE NR 18**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§7 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

**Odpowiedź:** Nie , Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **PYTANIE NR 19**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§7 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: „0,5% wartości brutto liczonej od umownej wartości dzierżawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 4 ust. 9,11 umowy;”?

**Odpowiedź:** Nie , Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **PYTANIE NR 20**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§ 4 ust. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na :

„Dostawca zapewni zabezpieczenie wykonywania badań w innym laboratorium w przypadku:

- w czasie przeglądów konserwacyjnych
- w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin dla całego panelu badań, zlecenia w trybie cito, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR. 1, a Dostawca pokryje różnicę kosztów oznaczeń we wskazanym przez Zamawiającego MDL wraz z kosztami transportu, jeśli nie będzie możliwa w tym czasie praca na dodatkowo dostarczonym analizatorze.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreślił zapis § 4 ust. 11 załącznika nr 4 do siwz, i wprowadził nowy § 4 ust. 11 załącznika nr 4 do siwz.

#### **PYTANIE NR 21**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§4 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 30 do od dnia podpisania umowy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

#### **PYTANIE NR 22**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§4 ust. 9– Czy w związku z instalacją w laboratorium dwóch równoważnych analizatorów Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„ Dostawca zapewnia przystąpienie do naprawy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Jeżeli zgłoszenie awarii nastąpi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, Dostawca przystąpi do naprawy następnego dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej ponad 24 godziny Dostawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, pod warunkiem, że w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin ( dotyczy każdego dnia tygodnia- dni robocze i wolne) do czasu dostarczenia analizatora zastępczego lub przystąpienia do naprawy, Wykonawca pokryje różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz, a ceną odczynników wynikającą z niniejszej umowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

#### **PYTANIE NR 23**

##### **Pytania do umowy (zał. nr 4):**

§7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na :

„W przypadku, gdy Dostawca poinformuje wcześniej Zamawiającego o niemożności dostarczenia zamówionego towaru w wymaganym terminie Zamawiający ma prawo wykonać oznaczenie w innym MLD, a Dostawca pokryje różnicę kosztów tego oznaczenia i koszty transportu.

Zamawiający odstąpi w takim wypadku od naliczenia Dostawcy kary umownej opisanej w §7 ust. 1 lit. a. i potraktuje to jako prawidłową realizację umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi w takim wypadku od naliczenia Dostawcy kar umownych opisanych w §7 ust. 1 lit. a. gdyż nie może potraktować powyższego jako prawidłową realizację umowy.

Odpowiedzi na powyższe pytanie, należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Przy wypełnianiu załączników, należy powołać się na numer odpowiedzi.

#### MODYFIKACJE

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający w pozycji nr 1, załącznika nr 2 do siwz, dodaje zapis w następującym brzmieniu:  
[..., składającym się z 2 opakowań TSH w celu wykonania oceny spójności pomiarowej i powtarzalności oznaczeń na dwóch analizatorach, w celu wykluczenia błędu pomiarowego oraz 1 opakowania PCT w celu wyznaczenia korelacji i spójności pomiarowej pomiędzy analizatorami. ...]

2. Zamawiający w załączniku nr 2 do siwz w pkt nr 22 zastępuje zapis:  
[...Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. ...]  
zapisem:  
[...Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. Jeżeli zgłoszenie awarii nastąpi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, Dostawca przystąpi do naprawy następnego dnia roboczego ...]

3. Zamawiający w pkt nr 27 załącznika nr 2 do siwz, zastępuje zapis:  
[...W czasie przeglądów konserwacyjnych oraz w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin dla parametru D- Dimer oraz dla wszystkich **zleceń w trybie cito** (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR. 1) **Wykonawca** pokryje koszty oznaczeń we wskazanym przez Zamawiającego MDL wraz z kosztami transportu.  
Dostawca przedstawi warunki umowy (**do 3 tygodni od podpisania umowy**) ze wskazanym przez zamawiającego MLD dotyczące wykonywania badań. W umowach zawarte będą warunki szczegółowe: zasady pobierania materiału, czas od pobrania materiału do dostarczenia wyniku, warunki transportu, kompetencje i uprawnienia osób wykonujących badania. ...]  
zapisem:  
[...Zewnętrzna kontrola jakości, dla panelu badań:  
CEA, tPSA, Ca- 19.9, IgE, HCG, TSH, fT3, fT4, wskazana przez użytkownika – na koszt dostawcy w cyklu dwa razy w miesiącu przez 24 m-ce od podpisania umowy. ...]

4. Zamawiający w załączniku nr 4 do siwz w §4 ust. 1 zastępuje zapis:  
[...Dostawca wydzierżawi sprzęt potrzeby do badań laboratoryjnych wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. ...]  
zapisem:  
[...Dostawca dostarczy sprzęt potrzebny do badań laboratoryjnych wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w terminie: jeden analizator do 7, drugi analizator do 15 dni od podpisania umowy. ...]

5. Zamawiający w załączniku nr 4 do siwz w §4 ust. 8 zastępuje zapis:

[...Dostawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. ...] zapisem:

[...Dostawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. ...]

6. Zamawiający w załączniku nr 4 do siwz w §4 w ust. 9 zastępuje zapis:

[...Dostawca zapewnia przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii. Jeżeli zgłoszenie awarii nastąpi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, Dostawca przystąpi do naprawy następnego dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej ponad 24 godziny Dostawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, pod warunkiem, że w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin ( dotyczy każdego dnia tygodnia- dni robocze i wolne) do czasu dostarczenia analizatora zastępczego lub przystąpienia do naprawy, Wykonawca pokryje koszty badan zgodnie z zapisami SIWZ zał. 2 punkt 27. ...]

zapisem:

[...Dostawca zapewnia przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii. Jeżeli zgłoszenie awarii nastąpi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, Dostawca przystąpi do naprawy następnego dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej ponad 24 godziny Dostawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, pod warunkiem, że w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin ( dotyczy każdego dnia tygodnia- dni robocze i wolne) do czasu dostarczenia analizatora zastępczego lub przystąpienia do naprawy, Wykonawca pokryje koszty kalibracji na drugim analizatorze. ...]

7. Zamawiający w ust. 11, §4, załącznika nr 4 do siwz zastępuje zapis:

[... Dostawca zapewni zabezpieczenie wykonywania badań w innym laboratorium w przypadku:

- w czasie przeglądów konserwacyjnych
- w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin dla całego panelu badań, **zlecenia w trybie cito**, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR. 1.

Dostawca pokryje koszty oznaczeń we wskazanym przez Zamawiającego MDL wraz z kosztami transportu.....]

zapisem:

[... W przypadku 3 powtarzających się awarii w ciągu 2 m-cy , wyłączających analizator z rutynowej pracy, Dostawca dostarczy na własny koszt identyczny analizator i przeprowadzi na własny koszt kalibrację testów które były wykonywane na analizatorze przed awariami....]

8. Zamawiający w załączniku nr 4 do siwz w §7 w ust. 1 lit. a zastępuje zapis:

[...0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2 umowy...]

zapisem:

[... 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2 umowy ...]

9. Zamawiający dodaje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 4a - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

10. W SIWZ w cz. **13. Termin składania i otwarcia ofert.** zapisy „16.08.2016” zastępuje się zapisami „01.09.2016”

W związku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagającymi zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.09.2016 r., godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*prof. nauk dr hab. n. med. Bogdan Koczy*