

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-26/16

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Serwis sprzętu medycznego.

Ogłoszenie nr 306176 - 2016 z dnia 2016-09-07 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:

PYTANIE NR 1

Dotyczy zapisów SIWZ w pkt. 7.

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy uzna za spełniony warunek posiadania autoryzacji producenta w zakresie serwisu przedmiotu zamówienia jeśli Wykonawca będzie dysponował certyfikatami szkoleń w siedzibie producenta osób w zakresie serwisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 2

Dotyczy przedmiotu umowy z pakietu nr 1

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie informacji czy aparatura będzie zlecana do przeglądów w jednym terminie? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający przewiduje do 3 terminów.

PYTANIE NR 3

Dotyczy przedmiotu umowy z pakietu nr 1

Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców którzy złożyli ofertę, wymiany części przewidzianych do przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE NR 4

Dotyczy przedmiotu umowy z pakietu nr 1

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy w aparatach do znieczulenia zainstalowane są inne monitory niż wymienione w danym pakiecie?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE NR 5

Pakiet nr 2

Jako autoryzowany dystrybutor firmy [...], aby mieć możliwość złożenia ważnej oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji: 1, 2, 3 i 4 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający uwzględni prośbę i dokona odpowiednich modyfikacji.

PYTANIE NR 6

Pakiet nr 2

W związku z faktem, iż Zamawiający oczekuje, aby rozliczenia kosztów robocizny napraw, diagnostyk, dojazdów oraz przeglądów okresowych były dokonywane w postaci ryczałtowej, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu „koszt przeglądu w pierwszym i w drugim roku umowy” na „koszt ryczałtowy w pierwszym i w drugim roku umowy”.

Odpowiedź: Tak, zamawiający uwzględni prośbę i dokona odpowiednich modyfikacji.

PYTANIE NR 7

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczulenia obejmuje również przegląd znajdujących się przy nich monitorów oraz modułów gazowych? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE NR 8

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietu należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. **rażąco niskiej ceny**.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE NR 9

Dotyczy: przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu:

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający, z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających autoryzacji ale dysponujących kadrą inżynierską posiadającą następujące kwalifikacje tj.:

- wyższe wykształcenie techniczne: inżynier biomedyczny
- uprawnienia SEP
- minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem (dotyczy pakietu nr 1) producenta GE

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników.

MODYFIKACJE

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W siwz w pkt. 7 zamawiający zastępuje zapis:

[...a) Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu autoryzacji producenta w zakresie serwisu przedmiotu zamówienia.]
zapisem:

[...a) Oświadczenie wykonawcy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 z dnia 2015.06.24), co najmniej: 1) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; 2) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa w art. 90, ust. 4, ww. ustawy); 3) zatrudnia osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.]

2. Zamawiający zastępuje załącznik nr 1 do SIWZ, zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. W SIWZ w ppkt 15.1. zamawiający zastępuje zapis:

[...3) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie uzyskanej najwyższej wartości sumy punktowej kryteriów oceny *ceny i odległości*.]

zapisem:

[...3) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie uzyskanej najwyższej wartości sumy punktowej kryteriów oceny *ceny i terminu płatności*.]

4. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:

[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,
- b) termin składania ofert: do dnia 15/09/2016r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,
- b) termin otwarcia ofert: w dniu 15/09/2016r., do godz. 09:45....]

zapisem:

[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.3. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,
- b) termin składania ofert: do dnia 19/09/2016r., do godz. 09:00.

13.4. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,
- b) termin otwarcia ofert: w dniu 19/09/2016r., do godz. 09:45....]

5. Zamawiający w pkt 24 dodaje załącznik nr 7 do SIWZ, wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 19.09.2016 r., ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych
mgr Adam Pietrzyk