

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-64/15

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa kolumny artroskopowej

Numer ogłoszenia: 2015/S 223-405917; data publikacji 18/11/2015

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt shavera o maksymalnej prędkości obrotowej do 8000 obr/min?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o podanie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odpowiedź:

Kwotę tę zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

PYTANIE NR 3

Czy w punkcie nr 2 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery ze skanowaniem progresywnym jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4

Czy w punkcie 3 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery wyposażonego w wyjścia 2 x DVI/RGBHV, 1 x S-VHS (Y/C) jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5

Czy w punkcie 4 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika bez dodatkowych wyjść analogowych i cyfrowych wymienionych w punkcie 3 jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6

Czy w punkcie 5 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery bez portu komunikacyjnego jako rozwiązanie równoważne? Prosimy o doprecyzowanie jakie zadanie ma spełniać port komunikacyjny w sterowniku kamery?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7

Czy w punkcie 7 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wodoszczelnej głowicy kamery wyposażonej w 4 programowalne przyciski, z możliwością przypisania 2 funkcji każdemu przyciskowi z poniższych: zoom, balans bieli, robienie zdjęć, nagrywanie filmów, włączenie/wyłączenie źródła światła, polepszanie obrazu, zwiększanie/zmniejszanie natężenia światła) jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8

Czy w punkcie 9 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery bez Możliwość ustawienia 6 programów osobistych, które widoczne są na wyświetlaczu jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9

Czy w punkcie 11 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania couplera wyposażonego w zoom optyczny z ogniskową 16mm-28mm jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10

Czy w punkcie II Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła wyposażonego w moduł LED jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11

Czy w punkcie 12 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED o mocy źródła światła na poziomie 240W jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12

Czy w punkcie 13 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED z natężeniem światła regulowanym przy pomocy przycisków na ekranie dotykowym wyświetlacza jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13

Czy w punkcie 14 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED o żywotności modułu LED na poziomie 60000 godzin jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14

Czy w punkcie 15 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED bez informacji o stanie zużyciu żarówki jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15

Czy w punkcie 22 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora z wejściami/wyjściami cyfrowymi: DVI, 3G/HD/SD-SDI, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16

Czy w punkcie 23 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora z wejściami/wyjściami analogowymi: S-Video, C-Video/SOG, Component/RGBs jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17

Czy w punkcie 38 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Uchwytu shavera o maksymalnej prędkości obrotowej 12 000 obr./min jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18

Czy w punkcie 39 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Uchwytu shavera bez Funkcji trybu pamięci położenia okna ostrza wewnętrznego shavera polegająca na tym, iż można ustawić pozycję okna ostrza tnącego w ten sposób, że za każdym razem po zatrzymaniu napędu ostrze zatrzymuje się w tym samym miejscu jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19

Czy w punkcie 40 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ostrzy bez jednoczesnej koagulacji i cięcia tkanek jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20

Czy w punkcie 40 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oddzielnych ostrzy do usuwania tkanek miękkich i oddzielnych ostrzy do usuwania kości jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 21

Czy w punkcie 42 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Komunikacji z pompa artroskopową - za pomocą przycisku na uchwycie shavera, dzięki któremu można uruchomić oraz zatrzymać funkcję przepłukania stawu(wzrost ciśnienia i przepływu płynu w stawie) jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 22

Czy w punkcie 43 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stałej lub zmiennej funkcji oscylacji uruchamianej dzięki przełącznikowi nożnemu jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 23

Czy w punkcie 44 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania konsoli shavera bez możliwości użycie dwóch rękojeści jednocześnie jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24

Czy w punkcie 45 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia rejestrującego do cyfrowej archiwizacji obrazu-zdjęć w formacie Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) oraz filmów w formacie MPEG 2 i 4 pochodzącego z kamery endoskopowej jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25

Czy w punkcie 47 Zamawiający dopuści uchylny dotykowy panel kolorowy wyświetlacz panoramiczny LCD o przekątnej 8" jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26

Czy w punkcie 49 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o pojemności 1TB jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 27

Czy w punkcie 50 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rejestratora bez drukowania jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 28

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie funkcji szukania?

Odpowiedź:

Funkcja szukania powinna umożliwić szukanie zapisanego zdjęcia lub filmu po zadanych kryteriach np. nazwie.

PYTANIE NR 29

Czy w punkcie 53 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia bez wejścia Video z przodu, ale z wejście z tyłu urządzenia jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30

Czy w punkcie 57 Zamawiający dopuści możliwość braku funkcji zmiany nazw wybranych plików przed zakończeniem archiwizacji jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31

Czy w punkcie 60 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wejść S-Video, Composite, DVI, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 32

Czy w punkcie 64 Zamawiający dopuści możliwość sterowania rejestratorem bezpośrednio z głowicy kamery i panelu dotykowego, bez możliwości pedała nożnego jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 33

Czy w punkcie VII Zamawiający możliwość zaoferowania waporyzatora do zabiegów artroskopowych zintegrowanego z konsolą Shavera, ze sterownikiem nożnym jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 34

Czy w punkcie 66 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania końcówek bipolarnych jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 35

Czy w punkcie 67 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania końcówek bez kontrolowania temperatury w stawie jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 36

Czy w punkcie 68 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania końcówek bez funkcji koagulacji i ostrza w jednym jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37

Czy w punkcie 69 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania końcówek z Możliwość wyginania w zakresie 0-45° ($\pm 7^\circ$) jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 38

Czy w punkcie 68 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie końcówek bez Sterowania impedacyjnego sondy do chrząstki stawowej z giętką główką dopasowującą się do powierzchni chrząstki jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 39

Czy w punkcie 69 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o częstotliwości 200kHz jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 40

Czy w punkcie 70 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o mocy 380W jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 41

Czy w punkcie nr 74 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Optyki typu IDEAL EYES 30 stopni, średnica 4 mm, dł. 16,5 cm, autoklawowalna z Szafirową soczewką zespoloną laserowo na dystalnym końcu optyki jako rozwiązanie równoważne??

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 42

Czy w punkcie nr 77 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania płaszcza artroskopowego 5.8mm dedykowanego do zaoferowanej optyki jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 43

Czy w punkcie nr 73 Zamawiający wymaga przezroczystego światłowodu w celu łatwiejszej oceny zużycia jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 44

Czy w punkcie III Zamawiający wymaga osłony na monitor chroniącej matrycę jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 45

Czy w punkcie VI Zamawiający wymaga nagrywania obrazów z 2 źródeł jednocześnie jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 46

Prosimy Zamawiającego o podanie terminów płatności rat. Proponujemy zmianę zapisów SIWZ w zakresie rozliczeń - rozdział IX pkt. 5, formularza ofertowego i §5 ustęp 3 istotnych postanowień umowy na następujące: „Każdorazowa płatność wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Dostawcy, w 12 równych miesięcznych ratach, przy czym I rata będzie płatna w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT oraz wymaganych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty a następne raty do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe 12 rat.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 48

Prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie** wyodrębnienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona

na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu **Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%** co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Propozycję zmienionego formularza prezentuję poniżej:

Lp.	Przedmiot zamówienia:	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w zł	Wartość brutto
	Kolumna artroskopowa z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6	1 szt.				
	Koszt finansowania płatności ratalnej	1 usł.			Zw.	
	RAZEM					

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 49

Prosimy o zmianę zapisu § 10 ustęp 2 a) i nadanie mu brzmienia: „przekroczenia umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy”. Pragniemy nadmienić, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa a nie roboty.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 50

Mając na względzie miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 10 ustęp 2 b) i c) istotnych postanowień umowy do 5 %.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 51

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego rachunku zysków i strat/ bilansu za I, II i III kwartał 2015 r

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił rachunek zysków i strat za rok 2013 i 2014 . Bilans za niepełny rok nie pokazuje pełnego obrazu.

Rachunek zysków i strat

Tytuł	Nota	01.01.-31.12.2013r.	01.01.-31.12.2014r.
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		81 179 561,39	80 932 303,73
- od jednostek powiązanych			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23	81 309 376,13	81 970 254,54
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-134 558,98	-1 043 184,16
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	4 744,24	5 233,35
II. Koszty działalności operacyjnej	25	86 493 404,31	88 388 568,05
1. Amortyzacja		6 895 402,69	8 956 190,63
2. Zużycie materiałów i energii		25 460 639,44	24 856 479,34
3. Usługi obce		12 524 203,57	12 580 878,46
4. Podatki i opłaty, w tym:		491 825,51	499 029,26
- podatek akcyzowy			
5. Wynagrodzenia		33 395 922,55	34 245 686,60
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 983 425,16	6 462 247,16
7. Pozostałe koszty rodzajowe		741 985,39	788 056,60
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		-5 313 842,92	-7 456 264,32
IV. Pozostałe przychody operacyjne	26	5 610 537,03	7 881 031,13
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			99 514,42
2. Dotacje		5 552 282,80	7 687 150,91
3. Inne przychody operacyjne		58 254,23	94 365,80
V. Pozostałe koszty operacyjne	27	142 490,49	45 238,26
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		116 388,54	41 982,35
3. Inne koszty operacyjne		26 101,95	3 255,91
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		154 203,62	379 528,55
VII. Przychody finansowe	28	23 643,47	5 933,06
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
2. Odsetki, w tym:		12 605,51	1 967,68
- od jednostek powiązanych			
3. Zysk ze zbycia inwestycji			
4. Aktualizacja wartości inwestycji			
5. Inne		11 037,96	3 965,38
VIII. Koszty finansowe	29	163 959,11	188 806,81
1. Odsetki, w tym:		101 759,11	129 886,81
- dla jednostek powiązanych			
2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
4. Inne		62 200,00	58 920,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		13 887,98	196 654,80
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	30		
2. Straty nadzwyczajne	31		
XI. Zysk (strata) brutto		13 887,98	196 654,80
XII. Podatek dochodowy	32	0,00	58 659,00
1. Część bieżąca		0,00	58 659,00
2. Część odroczone			
XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33		
XIV. Zysk (strata) netto		13 887,98	137 995,80

Piekary Śląskie, dnia 31.03.2015r.

WZGLĘDNY KASJEROWY

[Podpis]
mgr Arkadiusz Kutinowski

DYREKTOR

[Podpis]
dr hab. n. med. Bogdan Koczy

PYTANIE NR 52

Prosimy o zmianę postanowienia §1 ust. 8 i nadanie mu brzmienia” Dostawca, w dniu podpisania protokołu odbioru, zapewni potrzebne oprzyrządowanie oraz potencjał ludzki wymagane do zbadania stanu i jakości urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem umowy o ile Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie w terminie 3 dni przed terminem odbioru” .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 53

Prosimy o wskazanie kwoty ubezpieczenia w §8 na jaką ma obowiązek być ubezpieczony Dostawca.

Odpowiedź:

Kwota wskazana jest w siwz w cz. V. 2 b) na min. 60.000,00 zł brutto

PYTANIE NR 54

Prosimy o zmianę postanowienia §9 ust 1 poprzez wskazanie, że termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił postanowienie w modyfikacji poniżej

PYTANIE NR 55

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §5 istotnych postanowień umowy ustępu 4 o treści: „Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 56

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 57

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz instytucji finansującej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 58

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorzec Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 59

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 60

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 61

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 62

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 63

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny". Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 64

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 65

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 66

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 67

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

MODYFIKACJE:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W załączniku nr 10 w par 9. ust 1 otrzymuje brzmienie „Na urządzenia/wyroby objęte przedmiotem umowy, Dostawca udziela gwarancji jakości na okres .. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń/wyrobów, Dostawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego dostarczy inne.”
2. W załączniku nr 10 w par 5 dodaje się ust 4. O brzmieniu „Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”
3. W cz. X Składanie i otwarcie ofert i procedura wyboru oferty: zapisy „23.12.2015” zastępuje się zapisami „08.01.2016”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach przedłużeniu na dzień „08.01.2016” ulega termin składani i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy