

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-67/15

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Zakup elektronarzędzi 2015

Numer ogłoszenia: 321146 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu alternatywnego, kompletnego (wraz z ładowarką) o specyfikacji poniżej?

	Nazwa	Opis techniczny	Ilość
1	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich	napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich	3
		tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	
		silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W	
		obroty max. silnika 25000 obr./min.	
		obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich	
		obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich	
		zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu	
		kaniulacja Ø 4 mm	
		dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie	
		akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie	
		zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie	

		akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	
		adapter do oliwienia napędu, w zestawie	
		możliwość zasilania z sieci elektrycznej	
		blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	
11	Nasadka wiertarska Jacobs	nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs	3
		nasadka wraz z kluczykiem	
		zakres min. 0,6 - 6,5 mm	
		kaniulacja Ø 4 mm	
		maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.	
		moment obrotowy 5 Nm	
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	
13	Adapter do rozwiertaków	Adapter do rozwiertaków typu DIN	3
14	Nasadka frezerska duże AO	nasadka frezerska duże AO	3
		kaniulacja Ø 4 mm	
		maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.	
		moment obrotowy 19 Nm	
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	
15	Nasadka frezerska Zimmer/Hudson	nasadka frezerska Zimmer/Hudson	3
		kaniulacja Ø 4 mm	
		maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.	
		moment obrotowy 19 Nm	
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	
17	Piła oscylacyjna	piła oscylacyjna	2
		tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	
		silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W	
		oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści	
		głowica obrotowa 360°	
		co najmniej 8 pozycji blokady głowicy	
		brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.	
		akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie	
		zestaw do sterylnej wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie	

		akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	
		możliwość zasilania z sieci elektrycznej	
		blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	
		wychylenie ostrza 4°47'	
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu	

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.5 ust 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne:

- w wysokości 1 % wartości umownej niedostarczonego towaru, gdy Odbiorca odstąpi od **niezrealizowanej części** umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca;
- w wysokości 0,1% wartości **brutto** umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

MODYFIKACJE:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W załączniku nr 2 § 5 otrzymuje brzmienie:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy :

1.Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne:

- w wysokości 1 % wartości umownej niedostarczonego towaru, gdy Odbiorca odstąpi od **niezrealizowanej części** umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca;
- w wysokości 0,1% wartości **brutto** umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie.**

2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne:

- 1 % wartości umownej niedostarczonego towaru w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie.**”

2. W siwz w cz. **12. Termin składania i otwarcia ofert.** zapisy „04.12.2015” zastępuje się zapisami „07.12.2015”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach przedłużeniu do dnia 07.12.2015 ulega termin składani i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

 prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy