

Piekary Śląskie 04.03.2015r.

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Seksja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-08/15

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa odczynników do badań hematologicznych

**Polska-Piekary Śląskie: Odczynniki laboratoryjne 2015/S 024-039524;
data wysłania do publikacji: 30/01/2015r.**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów siwz, na które to
zamawiający odpowiada:

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2a – Parametry wymagane dotyczące zapasowego analizatora hematologicznego:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator bez zewnętrznej drukarki laserowej, a z wbudowaną drukarką termiczną (pkt. 1 tabeli)?

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający dopuści analizator bez zewnętrznej drukarki laserowej, z wbudowaną drukarką termiczną.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z zakresem liniowości:

- **RBC** 0,3 do 7,0 mln /ml
- **WBC** 1,0 do 99,9 tys /ml
- **PLT** 10 do 999,0 tys / ml
- **HGB** 0,1 do 25 g/l (pkt. 9 tabeli)?

Odpowiedź:

Ad 2. Zamawiający dopuści analizator hematologiczny, zapasowy o powyższych zakresach liniowości.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Parametry wymagane dotyczące podstawowego analizatora hematologicznego (pkt. 23 tabeli) oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, §4 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie i zainstalowanie aparatu w terminie 14 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Ad 3. Zamawiający dopuści dostarczenie i zainstalowanie analizatorów hematologicznych, w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Parametry wymagane dotyczące podstawowego analizatora hematologicznego, pkt. 30 tabeli:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §4 ust. 7 załącznika nr 4 - Ogólne warunki umowy Zamawiający dopuści wykonywanie przeglądów z częstotliwością wskazaną przez producenta czyli 1 raz w roku

Odpowiedź:

Ad 4. Zamawiający dopuści wykonywanie przeglądów z częstotliwością wskazaną przez producenta czyli 1 raz w roku, po dostarczeniu oświadczenia producenta.

Pytanie nr 5

Dotyczy SIWZ, Formularz Oferty – załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. III:

Zgodnie z zapisami Ogólnych warunków umowy (§3 ust. 2) termin dostawy wynosi 3 dni robocze, prosimy o uzupełnienie ww. punktu Formularza Oferty wyrażeniem „*robocze*” oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia były składane za pomocą fax nie telefonicznie, co umożliwi identyfikację osoby składającej zamówienie po stronie Zamawiającego?

Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. punktu formularza oferty.

Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 (pkt. 27 tabeli) i załącznik nr 2a (pkt. 20 tabeli):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia w dni *robocze*?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 (pkt. 29 tabeli) i załącznik nr 2a (pkt. 21 tabeli):

Prosimy o uzupełnienie punktów poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji analizatora. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 (pkt. 30 tabeli) i załącznik nr 2a (pkt. 22 tabeli):

Prosimy o zmianę wyrażenia „*W ramach bezpłatnego serwisu*” na „*w ramach czynszu dzierżawnego*”.

W istocie koszty serwisu urządzenia zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź:

AD IV. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy SIWZ, Ogólne warunki umowy dostawy – załącznik nr 4 do SIWZ:

§3 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

§3 ust. 5: Prosimy o zmianę ww. postanowienia wzoru umowy na następujący: *„Dostawca w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwych towarów na pełnowartościowe”*.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

§4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie 7 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

§4 ust. 6: Prosimy o uzupełnienie punktów poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji analizatora. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

§4 ust. 6 i 7: Prosimy o zmianę wyrażenia „W ramach bezpłatnego serwisu” na „w ramach czynszu dzierżawnego”.

W istocie koszty serwisu urządzenia zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

§4 ust. 9 i 11 tiret drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze? Jednocześnie prosimy o wydłużenie do 48 godzin naprawy, powyżej której Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć aparat zastępczy lub zabezpieczenia wykonania badań w innym laboratorium.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

§4 ust. 12: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po zwrocie „(...) dwóch kolejnych awarii” zapisu w brzmieniu: *„, określonego elementu lub podzespołu”*. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie do 3 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

§5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §6 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie nr 17

§6: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

§7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych w odniesieniu do każdego punktu z osobna na 0,1% wartości:

- a) niedostarczonych w terminie odczynników
- b) wadliwego przedmiotu umowy
- c) sumarycznej wartości umowy określonej w §6 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

§7: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

§7: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie nr 21

§7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% sumarycznej wartości netto umowy określonej w §6 ust. 1 niniejszej umowy".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 22

§8 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

§10: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówienia na pełen zakres asortymentu, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania szpitala. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Projekt umowy Â§ 7 pkt. 1 â Czy Zamawiający nie zrobił pomyki określając kary umowne za opóźnienia dostaw częściowych w wysokości 0,1% sumarycznej wartości umowy netto?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie.

Pytanie nr 25

Czy wysokość kar umownych powinna była 0,1% wartości netto dostawy częściowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Pkt. 8 zał. nr 2: Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny podstawowy z liniowością HGB do 250 g/L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Pkt. 9 zał. nr 2a: Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny zapasowy z liniowość PLT do 0,999 mln/Âµl oraz HGB do 300 g/L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pkt. 23 zał. nr 2a: Czy w przypadku zaoferowania analizatora zapasowego z wbudowanym komputerem, ekranem ciekłokrystalicznym Zamawiający dopuści tylko jeden UPS?

Odpowiedź:

NIE ZAMAWIAJCY NIE WYRAŻA ZGODY, GDYŻ UPS POTRZYMUJE PRACĘ ANALIZATORA.

MODYFIKACJE


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1) Zamawiający modyfikuje załączniki: - 2; 2a; 3; 3a; 4 oraz 5, zastępując zmodyfikowanymi załącznikami: - 2; 2a; 3; 3a; 4 oraz 5, dołączając do niniejszego pisma.

1. 2) W części 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „12.03.2015” zastępuje się zapisami „27.03.2015”

W związku z prośbami i modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2015. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych
mgr Adam Pietrzyk