

Piekary Śląskie 18.07.2011

.....
.....
.....
.....

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego.

Nr ogłoszenia 2011/S 113-186557

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż na ww postępowanie wpłynęły następujące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 60

Pakiet 14 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o średnicy zew. 0,9 mm/ analogicznie jak w poz. 11 w tym pakiecie/ pozostałe wymiary bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza kaniulę 22G 0,9mm.

Pytanie 61

Pakiet 14 pozycje od 10 do 15. Czy zamawiający wymaga w poz. 10 do 15 by kaniula posiadała co najmniej 4 wtopione paski kontrastujące w rtg?/ jak jest wymagane w poz. 16/ ?

Odpowiedź:

Tak zamawiający wymaga.

Pytanie 62

Pakiet 13 „Przyrząd do precyzyjnego podawania”

Prosimy o dopuszczenie przyrządu w zakresie regulacji od 1-250 ml.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63

Pakiet 13 „Przyrząd do precyzyjnego podawania

Czy przyrząd ma posiadać obrotową, karbowaną skalę umożliwiającą obsługę jedną ręką?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 64

Pakiet 13 „Przyrząd do precyzyjnego podawania

Czy Zamawiający wymaga by przyrząd nie zawierał DEHP/ plastifikator z grupy ftalanów/ i posiadał odpowiednie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

MODYFIKACJE:

Oprócz wprowadzonych zmian powyższymi wyjaśnieniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ w punkcie **13. Termin składania i otwarcia ofert.** zapisy „29.07.2011” zastępuje się zapisami „09.08.2011”

W SIWZ w punkcie **9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.** zapis „zamówienia publiczne – dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów kręgosłupowych i do rekonstrukcji” zastępuje się zapisem „zamówienia publiczne – dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego”

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert na dzień 09.08.2011. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY

dr n. med. Bogdan Koczy