

**PROCEDURA NR . 19.**  
**TEMAT ; PLAN HIGIENY DZIAŁU REHABILITACJI**

**Pomieszczenia rehabilitacji - strefa sanitarna II.**

- gabinet kierownika
- pokój socjalny
- szatnie : dla pracowników , pacjentów
- sala gimnastyczna
- sala ćwiczeń
- gabinet fizykoterapii
- gabinet laseroterapii
- pomieszczenia hydroterapii
- korytarz

**Pomieszczenia strefy sanitarnej IV – toalety**

Zakres czynności	Częstotliwość wykonania	Czym- nazwa środka	stężenie	Spektrum działania	Czas działania
Mycie parapetów	1 x dz				
Mycie kaloryferów	1 x w kwartale				
Mycie powierzchni zewnętrznych mebli, wyposażenia pomieszczeń	1 x dz				
Mycie podłóg	1 x dz				
Dezynfekcja podłóg	1 x w tygodniu			B,V,F,TBc	15 minut
Mycie i dezynfekcja materacy do ćwiczeń	1 x dz			B,V,F	15 minut
Mycie i dezynfekcja kozetek	1 x dz			B,V,F	15 minut
Mycie i dezynfekcja sprzętu do ćwiczeń	1 x dz			B,V,F	15 minut
Mycie i dezynfekcja umywalek, baterii, glazury wokół	1 x dz			B,V,F,TBc	15 minut
Mycie, dezynfekcja pow. zewnętrznych podajników na środki higieny	1 x dz			B,V,F	15 minut
Mycie i dezynfekcja podajników wewnątrz	Przed uzupełnieniem nie rzadziej niż 1 x w tygodniu			B,V,F	15 minut
Dezynfekcja drzwi powierzchnia dotykowa i klamki oraz odbojnice	1 x dz			B,V,F, TBc	15 minut
Mycie drzwi w całości	1 x w kwartale				
Dezynfekcja klawiatury komputerów, urządzeń medycznych, słuchawek telefonicznych, kontaktów	1 x dz			B,V,F,TBc	1 minuta
Mycie, dezynfekcja koszy na odpady	1 x dz			B,V,F	15 minut
Mycie lamp oświetleniowych sufitowych	1 x w kwartale				
Mycie okien	1 x w miesiącu				
Mycie żaluzji	1 x w roku				

Mycie powierzchni przeszklonych	1 x dz				
Mycie i dezynfekcja wirówek	Po użyciu			B,V,F,TBc	15 minut
Mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, desek, spłuczek, kabin prysznicowych	1 x dz			B,V,F,TBc	15 minut
Mycie i dezynfekcja toalet publicznych	Co 2 godziny w/g grafiku			B,V,F,TBc	15 minut
Polerowanie podłóg	1 x w miesiącu				
Gruntowne doczyszczanie podłóg	2 x w roku				
Gruntowne doczyszczanie podłogi w dziale hydroterapii	1 x w kwartale.				