

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Seksja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-18/14

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa endoprotez i implantów kręgosłupowych 2014.

Numer ogłoszenia: 2014/S 079-138346 ; data publikacji: 23/04/2014r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które to zamawiający odpowiada:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 32

Czy dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu Zestaw do stabilizacji transpedikularnej śrubami monoaksjalnymi – poz.2 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie. Śruby z poz. 2 będą używane wymiennie ze śrubami z poz. 1.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczacie Państwo w Pakiecie nr 20 możliwość nie tworzenia depozytu? Obecnie na oddziale posiadacie Państwo zakupiony kilka lat temu pełny zestaw implantów i instrumentarium tak więc nie ma potrzeby tworzenia przez nas depozytu. W czasie trwania umowy możemy na podstawie protokołu zużycia uzupełnić wraz z fakturą zużyte elementy w ciągu 24 godzin.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza nie tworzenie depozytu w tym pakiecie.

Pytanie nr 3

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a. §2 ust. 1 tiret 1 z „72 godzin” na „3 dni robocze”?
- b. §2 ust. 1 tiret 2 z „72 godzin” na „3 dni robocze”?
- c. §2 ust. 1 tiret 3 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- d. §4 z „24 godzin” na „3 dni robocze” – ujednolicenie z pozostałymi terminami
- e. §7 z „3 dni” na „3 dni robocze”, - ujednolicenie z pozostałymi terminami
- f. §10 ust. 1 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- g. §10 ust. 2 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź:

- Ad.a Zamawiający wyraża zgodę na 2 dni robocze.
- Ad.b Zamawiający wyraża zgodę na 2 dni robocze .
- Ad.c Zamawiający nie określa w godz.
- Ad.d. Zamawiający zmieni zapis na 2 dni robocze.
- Ad.e. Zamawiający zmieni zapis na 2 dni robocze.
- Ad. f. Zamawiający zmieni zapis na 2 dni robocze.
- Ad. g. Zamawiający zmieni zapis na 2 dni robocze.

Pytanie nr 4

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 ust. 4: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku (w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 Ust. 1 lit c z 1% na 0,5% ?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

4. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), które weszły w życie od 01.01.2014r. prosimy o doprecyzowanie zapisów przyszłej umowy dotyczących przechowywania depozytów oraz sposobu ich rozliczania wg zapisów zawartych poniżej:

- 4a. Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§6 ust. 1)?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

- 4b. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 1 umowy oraz w pkt. 3, pdpkt. 2 tiret 4 SIWZ, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania? Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

- 4c. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 1, iż faktury będą wystawiane do zrealizowanych dostaw zgodnie z obowiązującymi na dzień dostawy/wystawienia faktury przepisami o podatku od towarów i usług?

Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT prosimy o podkreślenie, iż faktury w następstwie zrealizowanych dostaw będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawiania faktur.

Odpowiedź:

Ad. 6. 4a – Tak. Zamawiający dookreśli

Ad. 6. 4b – Tak. Zamawiający dookreśli

Ad. 6. 4c – Nie. Faktury muszą być wystawiane zgodnie z umową. Zmiana przepisów VAT powoduje zmianę umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7

5. Czy Zamawiający w §10 ust. 3 w odniesieniu do pakietu nr 45 ujednolici wymóg dzierżawy instrumentarium z 2 kpl. na 1kpl. instrumentarium zgodnie z formularzem cenowym z uwagi na to, iż w pakiecie nr 45 w poz. nr 2 Zamawiający wymaga wyceny dzierżawy 1kompletu instrumentarium.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający ujednolici.

Pytanie nr 8

6. Czy Zamawiający w §10 ust. 4 ujednolici zapis zgodnie z §2 tiret 6, iż wymaga wydzierżawienia a nie użyczenia na czas trwania umowy kontenerów do przechowywania i sterylizacji instrumentarium? Zapis pozostający w obecnej formie jest sprzeczny z §2 tiret 6 umowy. Ponadto, Zamawiający w pakiecie nr 45 przewidział pozycję do wyceny za odpłatne wydzierżawienie kompletnego instrumentarium.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający ujednolici zapisy.

Pytanie nr 9

1. Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający zamiast wymienionej specyfikacji dopuści:

Endoproteza bezcementowa, anatomiczna stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika.

Trzpień samocentrujący, anatomiczny (lewy/prawy), posiadający różne krzywizny powierzchni bocznych powodujące dopasowanie do anatomii nasady bliższej i zwiększenie kontaktu tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Trzpień w części dystalnej wygięty. Szyjka trzpienia z przewężeniem, ograniczającym możliwość konfliktu pomiędzy szyjką a implantem panewki, jednocześnie zwiększając zakres ruchu. Trzpień na całej swojej długości pokryty hydroksyapatytem w minimum 9 rozmiarach standardowych i 9 waryzowanych.

Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyłoną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku, rozmiar panewki od 44 mm do 64 mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Dodatkowo wymagana panewka press fit z płetwami derotacyjnymi na obrzeżu w rozmiarach 46mm do 64mm

Wkładka panewkowa ceramiczna

Głowa ceramiczna 28

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10.

2. Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający zamiast wymienionej specyfikacji dopuści:

Bezcementowy modułowy trzpień rewizyjny dostępny w dwóch wersjach części bliższej standardowej kąt CCD 138 stopni i lateralizowanej kąt CCD 128 stopni wysokość od 50 do 90mm. W części krętarzowej 3 otwory do mocowania kabli oraz możliwość dodatkowego mocowania śrubami. Z dwoma rodzajami trzpieni ryglowanymi proksymalnie i dystalnie o średnicach od 10 do 22mm i przynajmniej 4 długościach. Łączna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm, oraz opcjonalnie system rewizyjny posiadający dużą różnorodność komponentów bliższych oraz trzpieni śródszpikowych umożliwiający implantację cementową jak i bezcementową. Komponenty bliższe dostępne w trzech wersjach: bezkołnierzowy, z kołnierzem, oraz z protezą ostrogi. Pokryty porowatym tytanem wykonanym w technologii Plasma Spray. Dostępne trzpienie krótkie, długie, proste i zakrzywione pokryte w różnym stopniu okładziną Plasma Spray lub zmatowione, oraz stożkowe trzpienie typu Wagner. Komponent krętarza z trzpieniem łączony za pomocą stożka Moorsea z dodatkowym zabezpieczeniem śrubą.

Panewka antyluksacyjna cementowana polerowana z wgłębieniami (wyżłobieniami) na obwodzie w rozmiarach od 44 do 60 mm ze skokiem co 2 mm

Wkładka panewkowa nie zatrzaszkująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm.

Głowa metalowa w rozmiarach 22 i 28, 32

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

3. Prosimy o dodanie w pakiecie nr 13 do formularza oferty elementów: śruba krętarzowa, łącznik zakrzywiony, zaczep przezkrętarzowy

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapis.

Pytanie nr 12

4. Czy w pakiecie nr 22 Zamawiający oczekuje:

Kosza rewizyjnego panewki stawu biodrowego wykonanego z gąbki tytanowej. Przeznaczonego do implantowania typu Press-Fit w 12 rozmiarach od 54 do 76 mm ze skokiem co 2 mm.

Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu nowej generacji z dystanserami zapewniającymi równomierne rozmieszczenie cementu kostnego, przeznaczony do głów 28,32 lub 36mm w zależności od rozmiaru kosza rewizyjnego. W opcji kosz rewizyjny z wkładem polietylenowym bezcementowy, zatrzaszkowy, nasycony antyutleniaczem.

Wszczep nadbudowy stropu panewki wykonany z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach

Głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w różnych długościach szyjki.

Śruby panewkowe

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 13

5. Czy w celu przygotowania rzetelnej oferty w pakiecie nr 22 Zamawiający doda do kolumny „Liczba elementów w zestawie” pozycję – 1 kosz?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający doda pozycję kosz.

Pytanie nr 14

6. Czy w Pakiecie 24 Zamawiający dopuści również protezę połowiczą: bezcementowy trzpień monolityczny pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 122 mm, 30 typów trzpieni, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej, głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm. Opcjonalnie trzpień rewizyjny: bezcementowy trzpień monolityczny pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 8, 10, 12, 14 mm dł. 194 mm (rewizyjny), może być zastosowany do protezy odwrotnej.?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

7. Czy w Pakiecie 24 Zamawiający, jeśli zgodziłby się na długości trzpieni 83 mm, 122 mm i 194 mm, potrafiłby określić i podzielić na trzy grupy planowane ilości trzpieni, co ułatwiłoby określenie wartości pakietu?

Odpowiedź:

Planowane ilości rozkładają się po równo. Należy uśrednić cenę.

Pytanie nr 16

8. Czy w Pakiecie 24 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszej informacji o planowanym terminie zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie narzędzi po wcześniejszej informacji o planowanym zabiegu.

Pytanie nr 17

9. Czy w Pakiecie 26 Zamawiający dopuści również endoprotezę stawu łokciowego:

- Komponent ramienny w 12 rozmiarach. Cylindryczna powierzchnia artykulacji. Kształt komponentu ramiennego uwzględnia pięciostopniową koślawość i rotację wewnętrzną oraz trzymilimetrový offset lateralny. Wygięty trzpień, pokryty tytanową okładziną porowatą Plasma Spray, umożliwia cementowaną lub bezcementową implantację.
- Komponent łokciowy w 12 rozmiarach. Cylindryczna powierzchnia artykulacji. Kształt komponentu łokciowego uwzględnia przednie przesunięcie osi obrotu stawu w stosunku do osi kości łokciowej oraz offset lateralny i wygięcie trzpienia, do stosowania bezcementowo lub z użyciem cementu kostnego.
- Ruchomy zawias z dwóch połączonych półsfery, pozwala na wzajemną rotację komponentów w zakresie 7 stopni. Zawias łączy dowolne rozmiary komponentów ramiennego i łokciowego.

Wkładki wykonane ze stopu kobalt-chrom oraz wzmocnionego polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

10. Czy w Pakiecie 26 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszej informacji o planowanym terminie zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie narzędzi po wcześniejszej informacji o planowanym zabiegu.

Pytanie nr 19

11. Czy w Pakiecie 27 Zamawiający dopuści również:

Endoprotezę całkowitą stawu ramiennego (cementowana i niecementowana)

- bezcementowy trzpień monolityczny pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 122 mm, 30 typów trzpieni lub opcjonalnie beztrzpieniowa podstawa głowy (Comprehensive Nano - 6 ramion napyłonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm) mogą być zastosowane do protezy odwrotnej (bez konieczności wymiany implantów ramiennych), głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm (17 rozmiarów).
- panewka dla protezy anatomicznej, wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie oraz centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo?"

Endoprotezę stawu ramiennego odwróconą(cementowana i niecementowana):

- bezcementowy trzpień monolityczny pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 122 mm, 30 typów trzpieni lub opcjonalnie beztrzpieniowa podstawa głowy (Comprehensive Nano - 6 ramion napyłonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm) mogą być zastosowane do protezy odwrotnej (bez konieczności wymiany implantów ramiennych), głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm (17 rozmiarów).
- metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo;
- mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych, podstawa części panewkowej napyłona porowatym stopem tytanu pokrytym HA, średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

12. Czy w Pakiecie 27 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszej informacji o planowanym terminie zabiegu?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

13. Czy w Pakiecie 38 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszej informacji o planowanym terminie zabiegu?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 45, LP.1, pozycję: „Dynamiczna śrubopłytką kompresyjna DHS z kątem 135 st.” i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

15. Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl. instrumentarium, a w razie zwiększonego zapotrzebowania dostawy drugiej linii wraz z instrumentarium ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 1 kpl instrumentarium. Nie wyraża zgody na zmniejszenie banku.

Pytanie nr 24

16. Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl. instrumentarium, a w razie zwiększonego zapotrzebowania dostawy drugiej linii wraz z instrumentarium ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 1 kpl instrumentarium. Nie wyraża zgody na zmniejszenie banku.

Pytanie nr 25

17. Czy w pakiecie nr 22 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl. instrumentarium, a w razie zwiększonego zapotrzebowania dostawy drugiej linii wraz z instrumentarium ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 1 kpl instrumentarium. Nie wyraża zgody na zmniejszenie banku.

Pytanie nr 26

18. Czy w pakiecie nr 28 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl. instrumentarium, a w razie zwiększonego zapotrzebowania dostawy drugiej linii wraz z instrumentarium ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 1 kpl instrumentarium. Nie wyraża zgody na zmniejszenie banku.

Pytanie nr 27

19. Czy w Pakiecie 21 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszej informacji o planowanym terminie zabiegu?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl. instrumentarium, a w razie zwiększonego zapotrzebowania dostawy drugiej linii wraz z instrumentarium ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 1 kpl instrumentarium. Nie wyraża zgody na zmniejszenie banku.

Pytanie nr 28

20. Czy Zamawiający odstąpi od żądania dokumentów wymaganych w pkt. 7.2 „Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania, wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) – w zależności od klasyfikacji zaoferowanego wyrobu „ w zamian za oświadczenie o posiadaniu ww dokumentów i możliwości przedstawienia ich na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,
reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Biorącym do Używania,

a

....., przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS:, NIP:, REGON,
reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Udostępniającym.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Udostępniający zobowiązuje się oddać Biorącemu do używania do używania instrumentarium do wszczepiania endoprotez kupionych od Udostępniającego w ramach umowy dostawy z dnia, zwanym dalej Instrumentarium, w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Biorący do używania nie ma prawa używać Instrumentarium do wszczepiania endoprotez innych niż kupione od Udostępniającego.

§ 2. Klauzula własności

1. Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Udostępniającego. Biorący do używania nie może ich oddać do używania osobom trzecim.
2. Biorący do używania nie ma prawa do ustanawiania na Instrumentarium żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie Instrumentarium

1. Biorący do używania jest zobowiązany używać Instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Udostępniającego instrukcjami obsługi.
2. Biorący do używania nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części Instrumentarium oraz powiadomi niezwłocznie Udostępniającego o każdym uszkodzeniu Instrumentarium. Instrukcje obsługi stanowią integralną część Umowy.
3. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Biorącego do używania lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem Instrumentarium niezgodnie z instrukcjami obsługi.
4. Udostępniający ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania Instrumentarium przez Biorącego do używania. Biorący do używania zapewni Udostępniającemu dostęp do Instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Biorącego do używania warunków o których mowa w § 1 ust.2, § 2 i § 3 ust.1 Umowy, Udostępniający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Biorący do używania ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę Instrumentarium.

6. Zmiana miejsca użytkowania Instrumentarium jest możliwa za uprzednią zgodą Udostępniającego wyrażoną na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

1. Udostępniający przekazuje Instrumentarium Biorącemu do używania na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Biorącego do używania.
2. W przypadku nierealizowania przez Biorącego do używania umowy dostawy, o której mowa w § 1 ust.1 Umowy, Udostępniający ma prawo rozwiązać Umowę i żądać zwrotu Instrumentarium.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw Instrumentarium wyłącznie jeśli uszkodzenia wynikają z normalnego używania. Koszty napraw Instrumentarium wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Biorący do używania.

§ 6. Czas trwania, rozwiązanie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dniado dnia
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków Umowy, strony mogą rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Rozwiązanie Umowy obliguje Biorącego do używania do niezwłocznego zwrotu Udostępniającemu Instrumentarium wydezynfekowanego lub opakowanego w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim wraz z czytelną informacją na opakowaniu o skażeniu zawartości.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA

UDOSTĘPNIAJĄCY

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Nazwiska pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,
reprezentowanym przez:

1).....,

2)
zwanym dalej Przechowawcą

a

...

reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan.....

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych **w umowie**.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 30

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 9 ust 1c

- c) W razie niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy ODBIORCA naliczał będzie DOSTAWCY kary w wysokości **0,5%** wartości **brutto** towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie**

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania nr 32

4. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 15 ust 1C Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ *W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.*”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 dopuści alternatywny system przeznaczony do stosowania w przypadkach złamań kości w pobliżu trzpienia endoprotezy oraz jako alternatywne rozwiązanie do wszelkich zespołów wykonywanych przy pomocy drutów stalowych, płyty posiadają wbudowane zaciski, pozwalające na umocowanie linki, pomiędzy którymi znajdują się otwory umożliwiające przeprowadzenie śrub 4,5mm ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o możliwość przedstawienia wyceny i modyfikacji formularza w następujący sposób:

1 płyta – 10 szt.

1 kabel - 40 szt.

1 kabel z zaciskiem - 20 szt.

1 hak krętarczy - 10 szt.

1 zacisk - 20 szt.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Wykonawca może zaproponować równoważny system.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w pakiecie nr 45 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śruby dynamicznej d=12,5mm i długości 55-120 mm z gwintem 22 i 27mm zamiast 18 i 27 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 45 poz. 1. Dopuszcza możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości L=32mm zamiast L=31mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako obowiązujące modyfikacje i przygotować ofertę z ich uwzględnieniem. Przy wypełnieniu tabel można powołać się na nr odpowiedzi.

MODYFIKACJE

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ w cz. 3. Ust.2 otrzymuje brzmienie „- Do kompletu implantów wyspecyfikowanych w pakietach należy dostarczyć (wydzierżawić) komplety instrumentarium (komplet narzędzi) niezbędnych do ich wszczepienia – najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy dostawy i wydzierżawić aż do zakończenia umowy w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia(nie dotyczy pakietu 29,36).

- Instrumentaria muszą być stale obecne u Zamawiającego na czas realizacji umowy i nie dopuszcza się użytkowania instrumentarium wspólnie z innymi szpitalami(nie dotyczy pakietu 26,27,38, 29,36).

- Instrumentaria i implanty muszą być dostarczone w specjalnych kontenerach sterylizacyjnych nieperforowanych z pokrywą, w której umieszczony jest filtr wymienny wielorazowy umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację(nie dotyczy pakietu 29,36).

- Dostawca zobowiązany będzie utworzyć w siedzibie zamawiającego bank implantów/endprotez składający się co najmniej z 2 szt. (lub więcej zależnie od potrzeb) każdego rozmiaru elementu implantu, którego właścicielem będzie Dostawca. Ilość szt. każdego rozmiaru w banku należy dostosować do częstotliwości operacji w taki sposób aby Zamawiający miał zawsze potrzebny komplet do zabiegu (jeżeli logistyka będzie niewystarczająca i będzie opóźniała zabiegi należy zwiększyć ilość szt. rozmiaru w banku) (nie dotyczy pakietu 20,29,36).

-Rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie następowało po każdorazowym zaimplantowaniu implantu lub endoprotezy zgodnie z protokołem zużycia wypełnionym po zabiegu.

-Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie co najmniej 30 dni od wystawienia faktury VAT.

-Wyłoniony Dostawca danego pakietu musi przeszkolić 5 operatorów oraz 3 pielęgniarki w zakresie koniecznym do sprawnej obsługi/wszczepiania przedmiotu zamówienia a także posługiwania się instrumentarium.

- Nad przebiegiem umowy czuwać powinien przedstawiciel Dostawcy władający językiem polskim.”

2. W SIWZ – załączniku nr 4 §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie „1. DOSTAWCA zobowiązuje się do:

- Bez odrębnego wynagrodzenia dostawy(użyczenia) na własny koszt i ryzyko poszczególnych banków implantów w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy (nie dotyczy pakietu nr (20,29 i 36) .

- Wydzierżawienia Odbiorcy pełnego instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy (nie dotyczy pakietów 29,36)

-Dostarczenie pełnego asortymentu rozmiarów wg zamawiającego (nie dotyczy pakietu nr 20).

-Uzupełnienie banków w brakujące rozmiary w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia protokołu zużycia.

-Termin pierwszej dostawy do 2 dni roboczych od podpisania umowy.

- Wydzierżawienia specjalnych kontenerów(wewnętrznych i zewnętrznych) umożliwiających sterylizację.
- przeszkolenia 5 operatorów i 3 pielęgniarek ze sposobu użytkowania instrumentarium i implantacji

3. W załączniku nr 4 §4 otrzymuje brzmienie „DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego magazynu ODBIORCY na własny koszt i ryzyko w terminie 2 dni roboczych od pisemnego (telefonicznego, fax) zamówienia.”

4. W SIWZ w załączniku nr 4 w §6 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu „3. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (banku) i jego zaimplantowania. 4. Faktura zostanie wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia.”

5. W SIWZ w załączniku nr 4 §7 otrzymuje brzmienie „Pierwsza dostawa nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.”

6. w SIWZ w załączniku nr 4 §10 otrzymuje brzmienie „

1. DOSTAWCA rozpatrzy reklamację ODBIORCY co do ilości i jakości dostarczonych towarów w terminie 2 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji wraz z towarem. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji.

2.DOSTAWCA w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwych towarów na pełnowartościowe. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji DOSTAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru w banku do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.

3.DOSTAWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia (wydzierżawienia) kpl. specjalistycznego instrumentarium zabiegowego w całym okresie trwania umowy oraz jego nieodpłatnego serwisowania .

4.Dostawca zobowiązuje się wydzierżawić na czas obowiązywania umowy kontenery(wewnętrzne i zewnętrzne) do przechowywania i sterylizacji instrumentarium.”

7. W załączniku nr 2 pakiet nr 13 w kolumnie 2 poz. 1 dodaje się zapis „lub Bezcementowy modularny trzpień rewizyjny dostępny w dwóch wersjach części bliższej standardowej kąt CCD 138 stopni i lateralizowanej kąt CCD 128 stopni wysokość od 50 do 90mm. W części krętarzowej 3 otwory do mocowania kabli oraz możliwość dodatkowego mocowania śrubami. Z dwoma rodzajami trzpieni ryglowanymi proksymalnie i dystalnie o średnicach od 10 do 22mm i przynajmniej 4 długościach. Łączna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm, oraz opcjonalnie system rewizyjny posiadający dużą różnorodność komponentów bliższych oraz trzpieni śródszpikowych umożliwiający implantację cementową jak i bezcementową. Komponenty bliższe dostępne w trzech wersjach: bezkołnierzowy, z kołnierzem, oraz z protezą ostrogi. Pokryty porowatym tytanem wykonanym w technologii Plasma Spray. Dostępne trzpień krótkie, długie, proste i zakrzywione pokryte w różnym stopniu okładziną Plasma Spray lub zmatowione, oraz stożkowe trzpień typu Wagner. Komponent krętarza z trzpieniem łączony za pomocą stożka Moorsea z dodatkowym zabezpieczeniem śrubą.Panewka antyluksacyjna cementowana polerowana z wgłębieniami (wyżłobieniami) na obwodzie w rozmiarach od 44 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. Wkładka panewkowa nie zatrzaszkująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm. Głowa metalowa w rozmiarach 22 i 28, 32”

8. W załączniku nr 2 pakiet nr 4 w kolumnie 2 poz. 1 dodaje się zapis „lub Endoproteza bezcementowa, anatomiczna stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika.

Trzpień samocentrujący, anatomiczny (lewy/prawy), posiadający różne krzywizny powierzchni bocznych powodujące dopasowanie do anatomii nasady bliższej i zwiększenie kontaktu tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Trzpień w części dystalnej wygięty. Szyjka trzpienia z przewężeniem, ograniczającym możliwość konfliktu pomiędzy szyjką a implantem panewki, jednocześnie zwiększając zakres ruchu. Trzpień na całej swojej długości pokryty hydroksyapatytem w minimum 9 rozmiarach standardowych i 9 waryzowanych.

Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyłowaną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i

- nadbudową na obrąbku, rozmiar panewki od 44 mm do 64 mm wyposażona w otwory na śruby zaślepię fabrycznie. Dodatkowo wymagana panewka press fit z płetwami derotacyjnymi na obrzeżu w rozmiarach 46mm do 64mm. Wkładka panewkowa ceramiczna. Głowa ceramiczna 28”
9. W załączniku nr 2 pakiet nr 22 kolumna 2 poz. 1 zapis „Kosz rewizyjny panewki” zastępuje się zapisem „**Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego wykonanego z gąbki tytanowej przeznaczony do implantowania typu Press fit w 12 rozmiarach od 54 do 76 ze skokiem co 2mm.**”
 10. W załączniku nr 2 pakiet nr 22 kolumna 3 poz. 1 zapis dodaje się zapis „1 kosz”
 11. W załączniku nr 2 pakiet nr 28. kolumna 2 poz. 1 dodaje się zapis „lub system przeznaczony do stosowania w przypadkach złamań kości w pobliżu trzpienia endoprotezy oraz jako alternatywne rozwiązanie do wszelkich zespołów wykonywanych przy pomocy drutów stalowych, płyty posiadają wbudowane zaciski, pozwalające na umocowanie linki, pomiędzy którymi znajdują się otwory umożliwiające przeprowadzenie śrub 4,5mm” ; w kolumnie 3 zapis „1 Płyta AO” zastępuje się zapisem „1 płyta AO lub 1 hak krętarzowy”, zapis „1 kabel stalowy” zastępuje się zapisem „1 kabel stalowy lub 1 kabel”, zapis „1 kabel z zaciskiem plecionka” zastępuje się zapisem „1 kabel z zaciskiem plecionka lub 1 zacisk”
 12. W załączniku nr 2 poz. 1 kolumna 2 otrzymuje brzmienie " Dynamiczna śrubopłyta kompresyjna DHS z kątem 135° od min. 2 do 14 otw. Długość części szyjkowej 38 lub 25mm. Blokowana śrubami korowymi 4,5mm Śruba dynamiczna d=12,5mm i długości 55-120mm z gwintem 18 lub 27mm. Śruba kompresyjna L=31mm lub L=32mm. Sterylne, w opakowaniu umożliwiającym natychmiastową implantację bez konieczności sterylizacji. Materiał stal."
 13. W SIWZ w części 14. Termin składania i otwarcia ofert - terminy „28.05.2014r.” , zastępuje się terminami „12.06.2014r.”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.06.2014r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

dr hab. n. med. Bogdan Koczy