

Piekary Śląskie 19.11.2014r.

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Seksja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-65/14

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa odczynników do badań koagulologicznych.

Numer ogłoszenia: 2014/S 203-359044; data wysłania do publikacji: 17/10/2014r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający odstąpi od obciążania kosztami za wykonywane badania na zewnątrz w przypadku awarii aparatu, jeżeli wykonawca w cenie dzierżawy zaoferuje analizator półautomatyczny pracujący na tych samych odczynnikach co aparat główny?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający odstąpi od obciążania kosztami za wykonywane badania na zewnątrz w przypadku awarii aparatu, jeżeli wykonawca w cenie dzierżawy zaoferuje analizator półautomatyczny pracujący na tych samych odczynnikach co aparat główny.

MODYFIKACJE

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W załączniku nr 2 do siwz poz. 32 kolumna 2 otrzymuje brzmienie :
„W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny - dotyczy: całego panelu badań zgodnie z zał. nr 1.SIWZ, dostawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium wskazanym przez zamawiającego na podstawie przedstawionej faktury oraz koszty transportu badań. **Wykonawca przedstawi warunki umowy (do 3 tygodni od podpisania umowy) ze wskazanym przez zamawiającego MLD dotyczące wykonywania badań. W umowach zawarte będą warunki szczegółowe: zasady pobierania materiału, czas od pobrania materiału do dostarczenia wyniku, warunki transportu, kompetencje i uprawnienia osób wykonujących badania.** Jeżeli wykonawca w cenie dzierżawy zaoferuje analizator półautomatyczny pracujący na tych samych odczynnikach co aparat główny jako zapasowy Zamawiający odstąpi od wymogu pokrycia kosztów badań w laboratorium zewnętrznym i przedstawienia umowy z MLD”
2. W Załączniku nr 4 do siwz w § 4 ust 11 otrzymuje brzmienie : „Dostawca zapewni zabezpieczenie wykonywania badań w innym laboratorium w przypadku:
 - w czasie przeglądów konserwacyjnych
 - w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 2 godzin dla całego panelu badań, **zlecenia w trybie cito**, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR. 1.

Dostawca pokryje koszty oznaczeń we wskazanym przez Zamawiającego MDL wraz z kosztami transportu.

- Jeżeli wykonawca w cenie dzierżawy zaoferuje analizator półautomatyczny pracujący na tych samych odczytnikach co aparat główny jako zapasowy Zamawiający odstąpi od wymogu pokrycia kosztów badań w laboratorium zewnętrznym i przedstawienia umowy z MLD”

3. W Siwz w rozdziale **13. Termin składania i otwarcia ofert.** zapisy „28.11.2014” zastępuje się zapisami „12.12.2014”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.12.2014r.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
dr hab. n. med. Bogdan Koczy