BIOMET®

BIOMET Spain Orthopaedics S.L.
C/. Islas Baleares, 50 - P.O. Box 96
46988 Fuente del Jarro (Valencia) - SPAIN
Tel.: +34 - 96 137 95 00 - Fax +34 - 96 137 95 10
web site: www.biomet.es - e-mail: mail@biomet.es

Fecha: Octubre 2008
Ref.: 0902-00-075A

CE 0318

(E) PRÓTESIS DE RODILLA PARA PACIENTES ALÉRGICOS
INSTRUCCIONES DE USO

(GB) KNEE PROSTHESIS FOR ALLERGIC PATIENTS
INSTRUCTIONS FOR USE

(F) PROTHÈSE DE GENOU POUR PATIENTS ALLERGIQUES
NOTICE D'INSTRUCTION

(NL) KNIEPROTHESE VOOR ALLERGISCHE PATIËNTEN
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

(D) KNIEPROTHESE FÜR ALLERGISCHE PATIENTEN
GEBRAUCHSANWEISUNG

(I) PROTESI DI GINOCCHIO PER PAZIENTI ALLERGICI
ISTRUZIONI PER L'USO

(P) PRÓTESES DE JOELHO PARA PACIENTES ALÉRGICOS
MANUAL DE INSTRUÇÕES

(S) KNÄPROTES FÖR ALLERGISKA PATIENTER
BRUKSANVISNING

(DK) KNÆPROTESER TIL ALLERGISKE PATIENTER
BRUGSANVISNING

(GR) ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

(CZ) KOLENNÍ PROTÉZA PRO ALERGICKÉ PACIENTY
NÁVOD K POUŽITÍ

(PL) PROTEZA KOLANA DLA PACJENTÓW Z ALERGIĄ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

(TR) ALERJİK HASTALAR İÇİN DİZ PROTEZİ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRÓTESIS DE RODILLA PARA PACIENTES ALÉRGICOS

INSTRUCCIONES DE USO

¡¡ATENCIÓN!!: El cirujano debe tener un amplio conocimiento de los aspectos médicos, quirúrgicos y mecánicos que conciernen al uso de este producto, por lo que debe leer estas instrucciones atentamente, previamente al uso del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las prótesis totales de rodilla destinadas a pacientes alérgicos están constituidas por distintos componentes: Componentes Femorales CR, PS caja abierta y PS caja cerrada del sistema Performance. Bandejas Tibiales estándar con mando y vástago en quilla del Sistema Modular Tibial Biomet y Tornillo de bloqueo vástago femoral del sistema Performance. La prótesis unicompartimental de rodilla patelofemoral destinada a pacientes alérgicos está constituida por el Componente Patelo-Femoral Vanguard.
Los diferentes componentes de las prótesis de rodilla destinadas a pacientes alérgicos están fabricados en Chrome-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo) tal y como se describe en la especificación del revestimiento de Titanio-Niobio-Nitrógeno (TiNbN); estando disponibles en diferentes tallas y versiones en función del componente. Las prótesis totales de rodilla se utilizan en el Reemplazo Articular en artroplastias totales de rodilla a fin de restablecer la cinemática de la rodilla, permitiendo la distribución de carga a través del mecanismo protésico en la citada articulación tratando de reproducir, en lo posible, la anatomía normal y dotando a la articulación de la cinemática original. Las prótesis unicompartimentales de rodilla patelofemoral se utilizan en el Reemplazo Articular en artroplastias patelofemorales.
Los componentes del "Sistema Tibial Modular Biomet" son compatibles con los elementos femorales de las prótesis del grupo Biomet siempre y cuando se utilice el inserto tibial específico con el mismo sistema de fijación de las bandejas.

INDICACIONES DE USO

Las prótesis totales de rodilla están diseñadas y previstas para las artroplastias totales de rodilla en los siguientes casos: artrosis, artritis traumática, artritis reumatoide, corrección de deformidades funcionales y fallos o fracturas de rodilla en los cuales han fracasado otros tratamientos.
Las prótesis unicompartimentales de rodilla patelofemoral están diseñadas y previstas para las artroplastias patelofemorales en los siguientes casos: osteoartrosis en la articulación patelofemoral, historial de dislocación o fractura rotuliana y en pacientes en los que fracasó un procedimiento quirúrgico anterior en los que persiste el dolor, la deformidad o la disfunción. Ambos ligamentos cruzados deben estar intactos. Las articulaciones tibiofemorales deben estar bien conservadas, con el menisco intacto y todo el grosor del cartílago articular.
Las prótesis unicompartimentales de rodilla patelofemoral están contraindicadas para el reemplazo total de la rodilla.
Así mismo las prótesis de rodilla para pacientes alérgicos están destinadas a aquellos pacientes con alergia a cualquier componente incluido en la aleación de Cromo-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo) según la ASTM F-75.

CONTRAINDICACIONES

a) Contraindicaciones absolutas
1.Infección o inflamación de la articulación de la rodilla.
2.Focos de infección distantes, que pueden producir propagación hematógena hacia la prótesis.
3.Rápida progresión de tumores primarios o metastáticos o metástasis ósea, manifestada por destrucción de la masa ósea o absorción de hueso evidentes en radiografías.
4.Pacientes con esqueleto inmaduro.
5.Pacientes hipersensibles o alérgicos a alguno de los componentes del producto, detallados en el etiquetado del envase unitario, a excepción de los componentes que forman parte de la aleación de CoCrMo dado que este material queda encapsulado por el recubrimiento de TiNbN.
Además, para el caso de las prótesis unicompartimentales de rodilla patelofemoral:
6.Ligamentos cruzados alterados o no funcionales.
7.Artrosis femorotibial.
b) Condiciones que aumentan el riesgo de fracaso
1. Pacientes no cooperadores o con trastornos neurológicos, sensitivos, enfermedad mental, alcoholismo o abuso de drogas, incapaces de seguir las advertencias del cirujano.
2.Marcada pérdida de hueso, osteoporosis severa o revisiones para las que no se puede conseguir la fijación adecuada a la prótesis.
3.Desórdenes metabólicos que puedan disminuir la formación o causen pérdida de hueso.
4.Osteomalacia.
5.Obesidad patológica.
6.Mal pronóstico para la cicatrización de heridas. (Ej. úlcera de decúbito, diabetes terminal, deficiencia grave de proteínas y/o malnutrición).

ADVERTENCIAS

a) Resistencia y carga de la prótesis: Aunque este tipo de dispositivos tienen un alto porcen taje éxitos, no se puede esperar que soporten los niveles de actividad, carga, resistencia y longevidad que soportaría un hueso sano. Las cargas producidas por el soporte del hueso y los movimientos de la articulación limitarán la longevidad de la prótesis. Se aconseja realizar revisiones periódicas tras la cirugía.
b)Selección correcta del tamaño de la prótesis: La selección correcta del tamaño, forma, y diseño de la prótesis, aumentan las posibilidades de éxito. Las prótesis requieren un cuidadoso asentamiento y una fijación adecuada al hueso.
c)Factores críticos a la hora de seleccionar pacientes:
1.Ocupación o actividad: si la ocupación o la actividad del paciente implican sobreesfuerzos de la rodilla, el fracaso de la prótesis puede producirse al fallo de la fijación, de la prótesis o de ambos. La prótesis no restaurará la funcionalidad al nivel del hueso sano, no se debe crear al paciente falsas expectativas.
2.Sensiliad, enfermedad mental o alcoholismo: estas condiciones, entre otras, pueden hacer que el paciente ignore ciertas limitaciones y precauciones en el uso de la prótesis, conduciendo al fracaso de la misma.
3.Hipersensibilidad a cuerpos extraños: cuando se sospeche la existencia de hipersensibilidad a los metales, se deben realizar las pruebas alérgicas apropiadas antes de la colocación de la prótesis.

PRECAUCIONES

a)Producto estéril de un sólo uso: El producto se comercializa esterilizado mediante radiación gamma, y nunca se debe ser resterilizado por el usuario. Por otra parte, bajo ninguna circunstancia se debe de reutilizar una prótesis, aunque parezca intacta puede tener pequeños daños internos, imperfecciones, o tensiones residuales. La stress interna puede causar un fracaso por fatiga.
b)Manipulación de la prótesis: Las prótesis han de ser manejadas con cuidado, utilizando el instrumental específico diseñado para la implantación de las mismas. De lo contrario, se pueden producir defectos en el acabado de la superficie de las mismas, que pueden convertirse en el punto focal de un fracaso final del dispositivo.
Si fuera necesario extraer el implante el usuario deberá de tratarlo como un desecho biológico y gestionar su eliminación o destrucción según los procedimientos internos del centro hospitalario.
c)Instrucciones e información adecuada al paciente. El cirujano debe instruir e informar al paciente sobre las limitaciones de la prótesis para que tome precauciones respecto del apoyo de peso y carga, antes de que la curación sea completa. Debe advertirle que el incumplimiento de las instrucciones postoperatorias podría llevar a la ruptura de la prótesis o a una posible amputación en la que sea necesaria una cirugía de revisión para retirar la prótesis.
Así mismo, el cirujano deberá advertir al paciente de la composición del producto implantado, que se detalla en el etiquetado del envase unitario, a fin de que éste pueda informar de ello en posteriores pruebas diagnósticas tales como la resonancia magnética nuclear.
d)Técnica quirúrgica: La prótesis debe ser utilizada por cirujanos muy familiarizados y experimentados con la técnica quirúrgica y el cuidado postoperatorio del paciente.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

1.Ausencia de consolidación o consolidación retardada.
2.Fractura, aflojamiento o hundimiento de la prótesis.
3.Sensibilidad al metal o reacción frente a cuerpo extraño.
4.Pérdida de densidad ósea debido a transferencia de cargas.
5.Dolor, incomodidad o sensaciones anormales debidas a la presencia de la prótesis.
6.Lesiones en los nervios, en los tejidos blandos o en los vasos sanguíneos debido a un trauma quirúrgico.
7.Fracturas de estructuras óseas.
8.Necrosis ósea.
9.Hemorragia.
10.Infección

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener más información contacte con el representante o distribuidor de BIOMET más cercano.

KNEE PROSTHESIS FOR ALLERGIC PATIENTS

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING: The surgeon must have extensive knowledge of the medical, surgical and mechanical aspects relating to the use of this product. These instructions must therefore be carefully read before use.

PRODUCT DESCRIPTION

Total knee prostheses for implantation in allergic patients comprise various components: CR (Cruciate Retaining) Femoral components, Performance System PS (Post Stabilised) open box and PS closed box; I-beam Tibial Trays and Finned Tibial Trays from the Biomet Modular Tibial System, and the Performance System femoral blocking screw.
The single-compartment patellofemoral knee prosthesis for allergic patients comprises the Vanguard Patellofemoral Component.
The different knee prosthesis components for use in allergic patients are made of Chrome-Cobalt-Molybdenum (CoCrMo) as indicated on the unit package labeling, and have a Titanium-Niobium-Nitrogen (TiNbN) coating. They are supplied in different sizes and versions, depending on the component.
Total knee prostheses are used for joint replacement in total knee arthroplasties to restore the anatomy and knee kinematics, allowing load distribution through the prosthetic mechanism of the joint – attempting as far as possible to reproduce normal anatomy and afford original joint kinematics. Unicompartmental knee patellofemoral prostheses are used in Joint Replacement in patellofemoral arthroplasties.
The components of the "Biomet Modular Tibial System" are compatible with the femoral elements of the Biomet prostheses, provided the specific tibial insert is used with the same tray fixation system.

INDICATIONS

Total knee prostheses are designed for use in total knee arthroplasties in the following cases: arthrosis, traumatic arthritis, rheumatoid arthritis, correction of functional deformities and replacement techniques when other treatments have failed.
Unicompartmental knee patellofemoral prostheses are designed and planned for patellofemoral arthroplasties in the following cases: osteoarthrosis in the patellofemoral joint, history of dislocation or patellar fracture and in patients with previous failed surgical procedures who have persistent pain, deformity or dysfunction. Both cruciate ligaments must be intact. Tibiofemoral joints must be well preserved, with intact meniscus and full joint cartilage thickness.
Unicompartmental knee patellofemoral prostheses are contra-indicated for total knee replacement.
In addition, knee prostheses for allergic patients are appropriate for use in patients who are allergic to any component contained in the Chrome-Cobalt-Molybdenum (CoCrMo) alloy, based on ASTM F-75.

CONTRAINDICATIONS

a) Absolute contraindications
1.Infection or inflammation of the knee joint.
2.Distant infection sites, with potential hematogenous spread to the prosthesis.
3.Rapidly progressing primary or metastatic tumors or bone metastases, manifesting with bone destruction or absorption as clearly evidenced by radiology.
4.Patients with skeletal immaturity.
5.Patients who are hypersensitive or allergic to any of the product components, as stated on the unit package labeling, except for the metal alloy, which are part of the CoCrMo alloy, as this material is encapsulated by the TiNbN coating..
Also, in the case of unicompartmental knee patellofemoral prostheses:
6.Altered or non-functioning cruciate ligaments
7.Tibiofemoral arthrosis
b) Conditions that increase the risk of failure
1.Patients who fail to cooperate or who suffer neurological problems, senility, mental illness, alcoholism or drug abuse, which prevents them from following the instructions of the surgeon.
2.Important bone loss, severe osteoporosis and revisions in which adequate prosthetic fixation cannot be achieved.
3.Metabolic disorders that may reduce or cause loss of bone.
4.Osteomalacia.
5.Pathological obesity.
6.Poor prognosis in relation to wound healing (e.g., pressure ulceration, terminal diabetes, severe protein deficiency and/or malnutrition).

WARNINGS

a)Resistance and loading of the prosthesis: Although these devices have a high percentage of success, it cannot be expected that they will support the activity, loading, resistance and service life of healthy bone. Loads generated by bone support and activity levels will dictate the prosthesis service life. It is recommended to attend check-ups regularly after surgery.
b)Correct selection of the prosthesis: Correct selection of prosthesis size, shape and design will increase the possibilities for success. The prostheses require careful positioning, with adequate fixation to bone.
c)Factors critical to patient selection:
1.Occupation or activity: if patient occupation or activity imply over-exertion of the knee joint, the resulting forces may cause failure of fixation, the prosthesis or both. The prosthesis is unable to restore functionality to that of the healthy bone, and false patient expectations are to be avoided in this case.
2.Senility, mental illness or alcoholism: these conditions, among others, can cause the patient to ignore certain limitations and precautions regarding prosthesis use, with the risk of failure or other complications.
3.Hypersensitivity to foreign bodies. When hypersensitivity to metals is suspected, appropriate allergic tests must be made prior to implantation.

PRECAUTIONS

a)Sterile product destined for single use: The product is supplied sterilized by gamma radiation, and should never be re-sterilized by the user. On the other hand, the prosthesis must never be reused, even if it appears to be intact, it may have small defects, microscopic imperfections or internal stress zones capable of causing fatigue failure.
b)Manipulation of the prosthesis: The prosthesis must be handled with caution, using instrumentation specifically designed to the effect. Non-compliance may produce defects in the surface finish that in turn can constitute a focal point for ultimate failure of the device.
If it proves necessary to remove the implant, the latter should be handled as biological waste, and is to be discarded and destroyed according to the internal procedures defined by the hospital.
c)Adequate patient information and instructions: The surgeon must instruct and inform the patient of the limitations of the prosthesis, so that due caution is observed in terms of weight and loading before full healing is achieved. The patient should be warned that non-compliance with the postoperative instructions could cause rupture of the prosthesis or possible migration, which would require revision surgery to remove the prosthesis.
Likewise, the surgeon must warn the patient about the composition of the implanted product, as detailed on the unit container labeling, in order to allow him or her to report such information on occasion of any posterior diagnostic procedures such as nuclear magnetic resonance imaging.
d)Surgical technique: The prosthesis must be used by surgeons who are highly experienced and familiarized with the surgical technique and postoperative care of the patient.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

1.Lack of consolidation or delayed consolidation.
2.Fracture, loosening or subsidence of the prosthesis.
3.Sensitivity to the metal or foreign body reactions.
4.Loss of bone density due to loading transfer.
5.Pain, discomfort or abnormal sensations due to the presence of the prosthesis.
6.Damage to nerves, soft tissues or blood vessels due to surgical trauma.
7.Bone fractures.
8.Bone necrosis.
9.Bleeding.
10.Infection

FURTHER INFORMATION

For further information, please contact the nearest BIOMET representative or distributor.

PROTHÈSE DE GENOU POUR PATIENTS ALLERGIQUES

NOTICE D'INSTRUCTION

ATTENTION!: Le chirurgien doit maîtriser parfaitement les aspects médicaux, chirurgicaux et mécaniques concernant l'utilisation de ce produit, c'est pourquoi il doit lire attentivement ces instructions avant emploi.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les prothèses totales de genou destinées à des patients allergiques sont constituées de différents composants : Composants fémoraux CR (conservateur du ligament croisé postérieur) PS (postéro-stabilisé) ouverte et PS cavité fermée du système Performance ; plateaux tibiaux type carrée et en quille du système modulaire tibial Biomet et vis de blocage type fémorale du système Performance.
La prothèse unicompartimentale de genou fémoro-rotulienne destinée aux patients allergiques est constituée du Composant fémoro-rotulien Vanguard.
Les différents composants des prothèses de genou destinées aux patients allergiques sont fabriqués en chrome – cobalt – molybdène (CoCrMo) comme détaillé sur l'étiquette de l'emballage unitaire, et ils sont recouverts de titane – niobium – nitrogène (TiNbN) ; étant disponibles en différentes tailles et versions en fonction du composant.
Les prothèses totales de genou s'utilisent dans le Remplacement articulaire pour des arthroplasties totales du genou dans le but de rétablir la cinématique du genou. Elles permettent de répartir la charge par le biais du mécanisme prothétique dans l'articulation en tentant de reproduire, dans la mesure du possible, l'anatomie normale et en dotant l'articulation de la cinématique d'origine. Les prothèses unicompartimentales de genou fémoro-patellaire s'utilisent dans le Remplacement articulaire pour des arthroplasties fémoro-patellaires.
Les composants du « Système tibial modulaire Biomet » sont compatibles avec les éléments fémoraux des prothèses du groupe Biomet à condition d'utiliser l'insert tibial spécifique avec le même système de fixation des plateaux.

MODES D'UTILISATION

Les prothèses totales de genou ont été conçues et prévues pour les arthroplasties totales du genou dans les cas suivants : arthrose, arthrite traumatique, arthrite rhumatoïde, correction des déformations fonctionnelles et échec ou fracture du genou lorsque les autres traitements ont échoué.
Les prothèses unicompartimentales de genou fémoro-patellaire ont été conçues et prévues pour les arthroplasties fémoro-patellaires dans les cas suivants : ostéoarthrose de l'articulation fémoro-patellaire, antécédents de dislocation ou de fracture de la rotule, échec de la procédure chirurgicale antérieure, persistance de la douleur, de la déformation ou d'un dysfonctionnement. Les articulations fémoro-tibiales doivent être bien conservées – les deux ligaments croisés et le ménisque doivent être intacts, sans atteinte de l'épaisseur du cartilage articulaire.
Les prothèses unicompartimentales de genou fémoro-patellaire sont contre-indiquées dans le remplacement total du genou.
De même, les prothèses de genou pour patients allergiques sont destinées aux patients souffrant d'allergie à l'un des composants inclus dans l'alliage chrome - cobalt - molybdène (CoCrMo) selon l'ASTM F-75.

CONTRE-INDICATIONS

a) Contre-indications absolues
1.Infection ou inflammation de l'articulation du genou.
2.Foyers d'infection à distance, susceptibles de provoquer une propagation hématogène vers la prothèse.
3.Progression rapide de tumeurs primaires ou métastatiques ou d'une métastase osseuse, manifestée par la destruction de la masse osseuse ou l'absorption d'os manifeste sur les radiographies.
4.Patients dont le squelette immature.
5.Les patients hypersensibles ou allergiques à l'un des composants du produit, détaillés sur l'étiquetage de l'emballage à l'exception des composants qui font partie de l'alliage de CoCrMo étant donné que ce matériel est encapsulé par le revêtement en TiNbN.
Dans le cas des prothèses unicompartimentales de genou fémoro-patellaire :
6.Ligaments croisés altérés ou non fonctionnels.
7.Arthrose fémoro-tibiale.
b) Conditions qui augmentent le risque d'échec
1.Patients non coopératifs ou atteints de troubles neurologiques, de sénilité, d'une maladie mentale, d'alcoolisme ou d'abus de drogues, incapables de suivre les mises en garde du chirurgien.
2.Perte d'os marquée, ostéoporose sévère ou reprises en cas de fixation impossible de la prothèse.
3.Troubles métaboliques qui peuvent diminuer la formation osseuse ou causer une perte osseuse.
4.Ostéomalacie.
5.Obésité pathologique.
6.Mauvais pronostic pour la cicatrisation des plaies. (Ex. ulcère de décubitus, diabète terminal, insuffisance grave en protéines et/ou malnutrition).

MISES EN GARDE

a)Résistance et charge de la prothèse : Bien que ce type de dispositif offre un pourcentage de réussite élevé, il ne faut pas espérer le voir supporter les niveaux d'activité, de charge, de résistance et de longévité auxquels résisterait un os sain. Les charges produites par le support de l'os et les niveaux d'activité détermineront la longévité de la prothèse. Il est recommandé de réaliser des révisions périodiques après la chirurgie.
b)Sélectionner correctement la prothèse : La sélection correcte de la taille, forme, et conception de la prothèse augmente les possibilités de succès. Les prothèses requièrent une implantation méticuleuse et une fixation adéquate à l'os.
c)Facteurs critiques pour sélectionner les patients :
1.Profession ou activité : si la profession ou l'activité du patient implique des sur-efforts du genou, les forces résultantes peuvent provoquer un défaut de fixation, de la prothèse ou des deux. La prothèse ne rétablira pas la fonctionnalité au niveau de l'os sain. Il ne faut pas donner au patient de fausses espérances.
2.Sénilité, maladie mentale ou alcoolisme : ces conditions, entre autres, peuvent inciter le patient à faire fi de certaines limites et précautions d'utilisation de la prothèse, conduisant à l'échec ou à d'autres complications.
3.Hypersensibilité aux corps étrangers : lorsque l'on suspecte l'existence d'une hypersensibilité aux métaux, les tests allergiques appropriés doivent être réalisés préalablement à la pose de la prothèse.

PRÉCAUTIONS

a)Produit stérile à usage unique : Le produit est commercialisé stérilisé aux rayons gamma et il ne doit jamais être restérilisé par l'utilisateur. D'autre part, on ne doit en aucun cas réutiliser une prothèse, bien qu'elle paraisse intacte : elle peut avoir des petits défauts, des imperfections microscopiques ou des zones internes de stress internes qui peuvent provoquer un échec par fatigue.
b)Manipulation de la prothèse : Les prothèses doivent être manipulées avec soin. Il convient d'utiliser les instruments spécifiques prévus pour leur implantation. Sinon, des défauts dans la finition de la surface de celles-ci peuvent se produire, pouvant devenir le point focal d'échec de l'appareil.
Si il prouve necessary to remove the implant, the latter should be handled as biological waste, and is to be discarded and destroyed according to the internal procedures defined by the hospital.
c)Adequate patient information and instructions: The surgeon must instruct and inform the patient of the limitations of the prosthesis, so that due caution is observed in terms of weight and loading before full healing is achieved. The patient should be warned that non-compliance with the postoperative instructions could cause rupture of the prosthesis or possible migration, which would require revision surgery to remove the prosthesis.
Likewise, the surgeon must warn the patient about the composition of the implanted product, as detailed on the unit container labeling, in order to allow him or her to report such information on occasion of any posterior diagnostic procedures such as nuclear magnetic resonance imaging.
d)Surgical technique: The prosthesis must be used by surgeons who are highly experienced and familiarized with the surgical technique and postoperative care of the patient.

POSSIBLES EFFETS INDÉSIRABLES

1.Absence de consolidation ou consolidation retardée.
2.Fracture, relâchement ou enfoncement de la prothèse.
3.Sensibilité au métal ou réaction face à un corps étranger.
4.Perte de densité osseuse due à un transfert des charges.
5.Douleur, gêne ou sensations anormales dues à la présence de la prothèse.
6.Lésions des nerfs, des tissus mous ou des vaisseaux sanguins dues à un traumatisme chirurgical.
7.Fractures des structures osseuses.
8.Nécrose osseuse.
9.Hémorragie.
10.Infection

INFORMATION ADDITIONNELLE

Pour en savoir plus, contactez le représentant ou le distributeur de BIOMET le plus proche.

KNIEPROTHESE VOOR ALLERGISCHE PATIËNTEN

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

OPGELET! De chirurg moet een grondige kennis hebben van de medische, chirurgische en mechanische eigenschappen van dit product. Daarom is het van wezenlijk belang dat hij de onderstaande gebruiksaanwijzingen aandachtig leest alvorens het product in gebruik te nemen.

PRODUCTBESCHRIJVING

De totale knieprothesen bestemd voor allergische patiënten bestaan uit verscheidene componenten: CR ("cruciate retaining", met behoud van de kruisband), open en closed box PS ("post-stabilized", zonder behoud van de kruisband) femorale componenten; I-balk en gevinde tibiale plateaus van het modulaire tibiasysteem Biomet en Performance stelschroef femorale stad.
De unicompartimentele patellofemorale knieprothese bestemd voor allergische patiënten bestaat uit het patellofemorale component Vanguard.
De verschillende onderdelen van de knieprotheses die bestemd zijn voor allergische patiënten zijn vervaardigd uit Chroom-Kobalt-Molybdeen (CoCrMo) zoals aangegeven op het label van de eenheidsverpakking en zijn voorzien van een Titanium-Niobium-Nitrogeen (TiNbN) deklaag, verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen al naargelang het component.
De totale knieprothesen worden gebruikt in de gewrichtsvervanging bij totale kniearthroplasties ten einde de bewegingsmogelijkheden van de knie te herstellen. De prothese zorgt voor de verdeling van de druk in het gewrichtsmechanisme, het reproduceren, binnen de grenzen van het mogelijke, de normale anatomie en probeert het gewricht de originele bewegingsmogelijkheden te verlenen. De deelprothesen worden gebruikt in de gewrichtsvervanging bij patellofemorale artheoplastiek.
De componenten van het "Modulaar Femur Systeem Biomet" zijn compatibel met femorale onderdelen van prothesen van het Biomet groep mits de specifieke schoenbeeninvoeging met hetzelfde systeem van platformfixatie gebruikt wordt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De totale kniegewrichtsprothesen zijn ontworpen en bedoeld voor totale kniearthroplastiek in de volgende gevallen: artrhosis, traumatische artritis, reumatoïde artritis, correctie van functionele misvormingen en van vervangingstechnieken wanneer andere behandelingen gefaald zijn.
De patellofemorale prothesen zijn ontworpen en bedoeld voor patellofemorale artroplastiek in de volgende gevallen: osteoartrose in het patellofemorale gewricht, voorgeschiedenis van dislocatie of fractuur van de kniescheif en bij patiënten waarbij een eerdere chirurgische behandeling mislukt is en bij wie pijn, misvorming of disfunctie blijft bestaan. Beide kruisbanden moeten intact zijn. De tibiofemorale gewrichten dienen in goede staat te verkeren, de meniscus intact te zijn en de dikte van het gewrichtskraakbeen onaangetast.
De patellofemorale prothesen zijn niet geschikt voor de totale vervanging van de knie.
De knieprotheses voor allergische patiënten zijn bedoeld voor diegenen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van de legering Chroom-Kobalt-Molybdeen (CoCrMo) volgens de ASTM F-75.

CONTRA-INDICATIES

a) Absolute contra-indicaties
1.Infectie of ontsteking van de kniegewricht.
2.Verafgelegen infectiehaarden die kunnen leiden tot hematogene verspreiding naar de prothese.
3.Snelle progressie van primaire of uitzaaiende tumoren of botmetastase, die zich uit door afbraak van het botweefsel of botabsorptie, zichtbaar op röntgenfoto's.
4.Patiënten met een onvolgroeid skelet.
5.Patiënten die overgevoelig of allergisch zijn voor een van de bestanddelen van het product, vermeld op het label van de eenheidsverpakking, met uitzondering van de bestanddelen die deel uitmaken van de legering CoCrMo, aangezien dit materiaal beschermd wordt door een deklaag van TiNbN (Titanium Niobium Nitride).
Tevens, in het geval van patellofemorale prothesen:
6. Aangetaste of niet-functionele kruisbanden.
7. Tibiofemorale artrose.
b) Risicovolle omstandigheden
1.Patiënten die weigeren mee te werken of die lijden aan neurologische stoornissen, seniliteit, geestesziekten, alcoholisme of drugsverslaving, en die niet in staat zijn om de instructies van de chirurg op te volgen.
2.Duidelijk botverlies, ernstige osteoporose of revisies, voor die gevallen waar geen geschikte fixatie van de prothese kan worden bereikt.
3.Metabolische stoornissen die een vermindering van de botaanmaak of botverlies kunnen veroorzaken.
4.Osteomalacie.
5.Pathologische obesiteit.
6.Kelle kans op verstoorde genezing na wonden. (vb. doorligwonden, terminale diabetes, ernstig tekort aan proteinen en/of ondervoeding).

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

a)Resistentie en belasting van de prothese: Ondanks het hoge slaagpercentage mag men niet van deze producten verwachten dat hun actievermogen, belastingsvermogen, resistentie en levensduur gelijk zijn aan die van een gezond bot. De mate van belasting en activiteit is bepalend voor de levensduur van de prothese.
b)Juiste keuze van de prothese: Een juiste keuze van het formaat, de vorm en het design van de prothese verhogen de kans op succes. De prothesen moeten zorgvuldig worden aangebracht en stevig aan het bot worden vastgemaakt.
c)Kritische factoren bij de keuze van patiënten:
1.Beroep of activiteit: als het beroep of de activiteit van de patiënt bovenmatige inspanningen van de knie met zich meebrengt, kan het resulterende kracht leiden tot problemen in de bevestiging, de prothese of in beide tot gevolg hebben. De prothese herstelt de functionaliteit niet tot het peil van een gezond bot, wek geen ongegronde verwachtingen bij de patiënt.
2.Seniliteit, geestesgestoordheid of alcoholisme: in deze en andere omstandigheden bestaat het risico dat de patiënt bepaalde voorzorgen of beperkingen van het gebruik van het product uit het oog verliest, hetgeen kan leiden tot mislukking of andere complicaties.
3.Hypergevoeligheid voor externe lichamen- wanneer het vermoeden bestaat dat de patiënt hypergevoelig is voor metalen, moeten de nodige allergietesten worden uitgevoerd alvorens de prothese aan te brengen.

BUIZONDERE VOORZORGEN

a)Steriel product voor éénmalig gebruik: Het product wordt steriel aangeleverd (gammastraling) en mag niet opnieuw door de gebruiker gesteriliseerd worden. De prothese mag in geen geval met een autoclaaf worden gebruikt. Zelfs wanneer het onbeschadigd lijkt, kan het kleine beschadigingen, microscopische defecten of interne stresspatronen bevatten die tot materiaalmoeheid kunnen leiden. Regelmatige controles na de operatie worden aanbevolen.
b)Behandeling van de prothese: De prothesen moeten met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van instrumenten die speciaal voor deze producten ontworpen zijn. Zo niet, dan kan het oppervlak van de prothesen beschadigd raken, hetgeen uiteindelijk kunnen leiden tot mislukkingen.
Indien de prothese verwijderd dient te worden, moet de interne regelgeving van het ziekenhuis inzake het wegwerpen van biologische afval worden toegepast.
c)Instructies en adequate informatievoorziening aan de patiënt: De patiënt moet de nodige instructies krijgen van de chirurg over de beperkingen van de prothese, zodat hij/zij voorzorgsmaatregelen kan nemen met betrekking tot het toegestane gewicht en de toegestane belasting, tenminste totdat het genezingsproces zich voldoende heeft voltrokken. De chirurg moet de patiënt erop attenderen dat de niet-naleving van de postoperatieve instructies kan leiden tot beschadiging of migratie van de prothese. In dat geval moet een nieuwe ingreep ondergaan om de prothese te laten verwijderen.
Zo dient de chirurg ook de patiënt te informeren over de samenstelling van het geïmplanteerde product, zoals beschreven op het label van de afzonderlijke verpakking, opdat ertere la gelbij een eventueel onderzoek kan verstrekken bij latere diagnoseonderzoeken, zoals de nucleaire magnetische resonantie.
d)Operatietechniek: De prothese mag uitsluitend worden gebruikt door chirurgen die bijzonder vertrouwd zijn met en een ruime ervaring hebben op het gebied van de operatietechniek en de postoperatieve verzorging van de patiënt.

MOGELIJKE ONGEWENSTE EFFECTEN

1.Afwezigheid van consolidatie of vertraagde consolidatie.
2.Breken, lossen of verzakken van de prothese.
3.Gevoeligheid voor metaal of reactie op externe lichamen.
4.Vermindering van de botdichtheid wegens belastingsoverdracht.
5.Pijn, ongemak of abnormale gewaarwordingen ten gevolge van de aanwezigheid van de prothese.
6.Beschadiging van de zenuwen, het zachte weefsel of de bloedvaten wegens chirurgisch trauma.
7.Botbreuken.
8.Botnecrose.
9.Hemorragie.
10.Infectie.

AANVULLENDE INFORMATIE

Gelieve contact op te nemen met de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger of leverancier van BIOMET voor meer informatie.

KNIEPROTHESE FÜR ALLERGISCHE PATIENTEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

WARNHINWEIS: Der Chirug muss mit den medizinischen, chirurgischen und mechanischen Aspekten in Zusammenhang mit der Anwendung dieses Produkts vertraut sein. Diese Anleitung muss daher vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig gelesen werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Knietotalendoprothesen für allergische Patienten setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Femurkomponenten CR, PS offene Kavität und PS geschlossene Kavität des Performancesystems, Tibiaplateaus Stapel-T-Profil und Rippenprofil des Biomet Plus-Modularsystems und Femurschaft-Sicherungsschraube des Performance-Systems.
Die unikondylare patellofemorale Knieprothese für allergische Patienten besteht aus der patellofemoralen Komponente Vanguard.
Die verschiedenen Komponenten der Knieprothesen für allergische Patienten sind aus Chrom-Kobalt-Molybdän (CoCrMo) gefertigt, wie auf dem Etikett der Einzelverpackung angegeben, und mit einer Beschichtung aus Titan-Niob-Nitrid überzogen. Je nach Komponente sind verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich.
Knietotalprothesen werden beim Gelenkersatz im Rahmen einer totalen Kniearthroplastik (TKA) zur Wiederherstellung der Kniekinematik eingesetzt. Dabei wird die Belastungsverteilung durch den Prothesenmechanismus in diesem Gelenk ermöglicht, indem die normale Anatomie möglichst exakt reproduziert und dem Gelenk seine ursprüngliche Kinematik gegeben wird. Kniebinnenprothesen werden bei der Gelenkersatz im Rahmen einer patellofemoralen Kniearthroplastik eingesetzt.
Die Komponenten des "Biomet Tibia-Modularsystems" sind mit den Femurelementen der Biomet-Prothesen kompatibel, sofern der spezifische Tibiaeinsatz mit demselben Fixationssystem wie die Platten verwendet wird.

ANWENDUNGSGEBIET

Die Knietotalprothesen sind für den Einsatz im Rahmen einer totalen Kniearthroplastik (TKA) für folgende Fälle konzipiert und vorgesehen: Arthrose, traumatische Arthritis, rheumatoide Arthritis, Korrektur funktioneller Deformitäten sowie Ersatzverfahren für erfolglose Behandlungen.
Patellofemorale Knieteilprothesen werden in folgenden Fällen einer patellofemoralen Arthroplastik eingesetzt: Osteoarthrose im patellofemoralen Gelenk, häufige Dislokationen oder Brüche der Kniescheibe; Patienten, bei denen vorherige chirurgische Eingriffe keinen Erfolg zeigten und die noch nicht schmerzfrei sind; Deformierung oder Dysfunktion. Beide Kreuzbänder müssen intakt sein. Die tibiofemoralen Gelenke müssen gut erhalten sein, der Meniskus intakt und der Gelenkknorpel in seiner ganzen Stärke vorhanden sein.
Patellofemorale Knieprothesen sind nicht für einen totalen Kniersatz geeignet.
Die Knieprothesen für allergische Patienten sind für Patienten vorgesehen, die auf einen der Bestandteile der CoCrMo-Legierung nach ASTM F-75 allergisch sind.

GEGENANZEIGEN

a) Absolute Gegenanzeigen
1.Infektion oder Entzündung des Kniegelenks.
2.Entfernte Infektionsherde, die hämatogene Verbreitung zur Prothese verursachen können.
3.Rasch fortschreitende primäre oder metastasische Tumore oder Knochenmetastasen, die sich als Knochenzerstörung oder Absorption der Knochenmasse manifestieren.
4.Patienten mit unausgereiftem Skelett
5.Hypersensibilität oder Allergie gegen

P

PRÓTESES DE JOELHO PARA PACIENTES ALÉRGICOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ADVERTÊNCIA: O cirurgião deverá ser profundo conhecedor dos aspectos médicos, cirúrgicos e mecânicos relativos à utilização deste produto. Por conseguinte, estas instruções de utilização devem ser lidas cuidadosamente antes da sua utilização.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As próteses totais de joelho destinadas a pacientes alérgicos são constituídas por vários componentes: Componentes Femorais do LC (ligamento cruzado), EP (estabilização posterior) de cavidade aberta e EP de cavidade fechada do sistema Performance; Bandejas Tibiais com haste quadrada e haste em quilha do Sistema Modular Tibial Biomet e Parafuso de bloqueio com haste femoral do sistema Performance.

A prótese unicompartimental de joelho patelo-femoral, destinada a pacientes alérgicos, é constituída pelo Componente Patelo-Femoral Vanguard.

Os diferentes componentes das próteses de joelho destinadas a pacientes alérgicos são fabricados em Crómio-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo), tal como se especifica na etiqueta da embalagem individual e possuem um investimento de Titânio-Nióbio-Nitrogénio (TiNbN), estando disponíveis em diferentes tamanhos e versões em função do componente.

As próteses totais de joelho utilizam-se na Substituição Articular em artroplastias totais do joelho a fim de restabelecer a cinemática do joelho, permitindo a distribuição da carga através do mecanismo protético na referida articulação reproduzindo, na medida do possível, a anatomia normal e estando a articulação sujeita a uma cinemática original. As próteses parciais do joelho patelo-femoral utilizam-se na Substituição Articular em artroplastias patelo-femorais.

Os componentes do "Sistema Tibial Modular Biomet" são compatíveis com os elementos femorais das próteses do grupo Biomet sempre que se utilizar a inserção tibial específica com o mesmo sistema de fixação das bandejas.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As próteses totais do joelho foram concebidas e previstas para artroplastias totais do joelho nos casos seguintes: artrose, artrite reumática, artrite reumatóide, correcção de deformações funcionais e fracasso de substituição articular quando outros tratamentos não tiverem sido bem sucedidos.

As próteses parciais do joelho patelo-femoral foram desenhadas e previstas para as artroplastias patelo-femorais nos casos seguintes: osteoartrose na articulação patelo-femoral, historial de deslocamento ou fractura rotuliana e em doentes em que o procedimento cirúrgico anterior não foi bem sucedido e para os quais a dor, a deformação ou a disfunção persiste. Ambos os ligamentos cruzados devem estar intactos. As articulações tibio-femorais devem estar bem conservadas, com o menisco intacto e todo a espessura da cartilagem articular.

As próteses parciais do joelho patelo-femoral estão contra-indicadas para a substituição total do joelho.

Deste modo, as próteses de joelho para pacientes alérgicos são destinadas àqueles pacientes com alergia a qualquer componente incluído na liga de Crómio-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo) segundo a ASTM F-75.

CONTRA-INDICAÇÕES

a) Contra-indicações absolutas
1.Infecção ou inflamação da articulação do joelho.
2.Focos de infecção distantes, que podem provocar propagação hematógena até à prótese.
3.Rápida progressão de tumores primários ou metastáticos ou de metástase óssea, manifestada pela destruição de tecido ósseo ou pela absorção de osso evidentes nas radiografias.
4.Doentes com imaturidade esquelética.
5.Pacientes hipersensíveis ou alérgicos a algum dos componentes do produto, especificados na etiqueta da embalagem individual, à excepção dos componentes que fazem parte da liga de CoCrMo dado que estes materiais são fabricados especificamente de TiNbN..
Para além disso, para o caso das próteses parciais do joelho patelo-femoral:
6.Ligamentos cruzados alterados ou não funcionais.
7.Artrose tíbreno-tibial.
b) Condições que aumentam o risco de insucesso
1.Doentes que não colaboram ou que apresentam distúrbios neurológicos, senilidade, doença mental, alcoolismo ou abuso de drogas os quais os impede de cumprir as instruções do cirurgião.
2.Perda de osso significativa, osteoporose grave ou revisões para as quais não se consegue uma fixação adequada da prótese.
3.Distúrbios metabólicos passíveis de reduzir a formação ou provocar perda de osso.
4.Osteomalacia.
5.Obesidade patológica.
6.Prognóstico reservado relativamente à cicatrização de feridas (por exemplo, úlceras de decúbito, diabetes terminal, défice grave de proteínas e/ou má-nutrição).

ADVERTÊNCIAS

a)Resistência e carga da prótese: Embora estes dispositivos apresentem uma elevada percentagem de sucesso, não se pode esperar que suportem níveis de actividade, cargas, resistência e vida útil idênticas ao do osso saudável. As cargas produzidas pelo suporte ósseo e os níveis de actividade irão diter a longevidade da prótese. A aconselha-se a realizar exercícios periódicos para o controlo.

b)Seleccionar correctamente a prótese: A escolha correcta do tamanho, forma e desenho da prótese aumenta o potencial de êxito. As próteses requerem um posicionamento cuidadoso, com fixação adequada ao osso.

c)Factores críticos no momento de selecção de doentes:
1.Ocupação ou actividade: se a ocupação ou a actividade do doente envolver esforço excessivo do joelho, as forças resultantes podem causar a falha da fixação, da prótese, ou de ambas. A prótese não restaurações ater elevadas forças de tensão, pelo que, não se deve criar falsas expectativas no doente.
2.Senilidade, doença mental ou alcoolismo: estas condições, entre outras, podem fazer com que o doente ignore algumas limitações e precauções relativas ao uso da prótese, com o risco de insucesso ou outras complicações.
3.Hipersensibilidade a corpos estranhos: Nestes casos em que se suspeite de hipersensibilidade a metais, deverão efectuar-se testes adequados antes da colocação da prótese.

PRECAUÇÕES

a)Produto estéril de utilização única: O produto é comercializado esterilizado por radiação gama, a menos que ser re-esterilizado pelo utilizador. Por outro lado, em circunstância alguma se deve reutilizar uma prótese, mesmo que parega intacta, pode ter pequenos defeitos, imperfeições microscópicas ou lipos de resistência interna que podem causar um fracasso por fadiga.

b)Manuseamento da prótese: As próteses têm de ser manuseadas com cuidado, utilizando o instrumento específico concebido para a sua implementação . Caso contrário, podem produzir-se defeitos no acabamento da sua superfície , que podem converter-se no ponto local de um fracasso final do dispositivo.

Se for necessário extrair o implante, o utilizador deverá tratá-lo como um resíduo biológico e gerir a sua eliminação e destruição segundo os procedimentos internos do centro hospitalar.

c)Instruções e informações adequadas para o doente: O cirurgião deve instruir e informar o doente sobre as limitações da prótese para que tome precauções relativamente ao apoio no peso e da carga, antes que a cura esteja completa. Deve advertí-lo que o incumprimento das instruções pós-operatórias pode conduzir a ruptura da prótese ou a uma possível migração na qual seja necessária uma cirurgia de revisão para retirar a prótese. O cirurgião deverá igualmente informar o doente sobre a composição do produto implantado, a natural de possíveis reacções alérgicas em embalagem ulterior, para que este possa dar informações sobre o implante em exames de diagnóstico posteriores, tais como a ressonância magnética nuclear.

d)Técnica cirúrgica: A prótese deve ser utilizada por cirurgiões muito familiarizados e experientes na técnica cirúrgica e no cuidado pós-operatório do doente.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

1.Ausência de consolidação ou atraso da consolidação.
2.Fractura, afrouxamento ou afundamento da prótese.
3.Sensibilidade ao metal ou reacções relativas a um corpo estranho
4.Perda da densidade óssea devido a transferência de cargas.
5.Dor, desconforto ou sensações anormais devido à presença da prótese.
6.Lesão de nervos, tecidos moles ou vasos sanguíneos devido a traumatismo cirúrgico
7.Fracturas de estruturas ósseas.
8.Necrose óssea.
9.Hemorragia.
10.Infecção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, por favor contacte o representante ou distribuidor da BIOMET mais próximo.

S

KNÄPROTES FÖR ALLERGISKA PATIENTER

BRUKSANVISNING

VARNING: kirurgen måste ha goda kunskaper om de medicinska, kirurgiska och mekaniska aspekterna som gäller användningen av denna produkt. Dessa instruktioner skall därför läsas noggrant före användning.

PRODUKTBESKRIVNING

Helproteserna till knäet som är avsedda till allergiska patienter består av olika beståndsdelar: höftbenskomponenten CR, PS med öppet hölje och PS med stängt hölje i Performancesystemet; skenbensplattor med förkantig platta och skaft med kil i modulsystemet till höftledder från Biomet samt blockeringsskruv till den höftbensstammen i Performance-systemet.

Unikompartment patello-femorala knäproteser som är avsedd till allergiska patienter består av den patello-femorala komponenten Vanguard.

De olika beståndsdelarna i knäproteser som är avsedd för allergiska patienter tillverkas av krom, kobolt och molybden (CoCrMo), så som anges på enhetsförpackningens etikett och de är täckta med ett lager titan, niob samt kväve (TiNbN). De finns tillgängliga i olika storlekar och versioner enligt den gällande komponenten.

Helproteser används till fastsatta vid totala knäartroplastiker för att återställa knäets kinematik och tillåta belastningsfördelning genom protesmekanismen i nämnda led och i möjligaste mån bibehålla återge den normala anatomin samt förse leden med ursprungligt rörelseomfång. Delproteser till knäet används för artroplastiker patello-femorala.

Komponenterna i det "tibiala modulsystemet Biomet" är alltid kompatibla med de femorala elementen i proteser i Biomet-gruppen när en specifik tibial insats med samma fästsystem som brickorna används.

ANVISNINGAR

Helproteserna för knä är utformade och avsedda för total knäartroplastik i följande fall: artros, traumatisk artrit, reumatisk artrit, korrigering av funktionella och tekniska missbildningar och byte när andra behandlingar har misslyckats.

De helproteserna till femurapatellaränkbart är utformade och avsedda för femurapatellära artroplastiker i följande fall: fel, osteoartros i femurapatellaleden, anamnes med luxation eller fraktur av knäskålen och på patienter där en tidigare kirurgisk behandling misslyckats samt för dem där smärta, deformitet eller funktionsstörning består. Båda korsbanden bör vara intakta, liksom tibiofemoralleden med ledbrosket väl bevarat och tillräcklig ledbroskstjocklek.

De helproteserna till femurapatellaränkbart är inte avsedda för att helt ersätta knädet.

På samma sätt är helproteserna för allergiska patienter avsedda till patienter som är allergiska mot någon av beståndsdelarna som finns med i sammansättningen av krom, kobolt och molybden (CoCrMo) i enlighet med ASTM F-75.

KONTRAINDIKATIONER

a) Absoluta kontraindikationer
1.Infektion eller inflammation i knäleden .
2.Avlägsna infektionspunkter kan bara framkalla en hematogen spridning i riktning mot protesen.
3.Snabb utveckling av primära eller metastatiska tumörer eller benmetastas som manifesterar sig genom förstörelse av benmassan eller absorption av ben som syns på röntgenfotografier.
4.Patienter med omoget skelett.
5.Patienter som är överkänsliga eller allergiska mot någon av produkterna beståndsdelar som anges på enhetsförpackningens etikett, utom de komponenter som utgör del av sammansättningen CoCrMo, dessa material är tillverkade av titannitrid för att täcka komponenterna TiNbN.
Dessutom, när det rör sig om femurapatellära helproteser:
6.Förstörda eller icke funktionella korsband.
7.Femurotibial artros.
b) Betingelser som ökar risken för misslyckande
1.Patienter som inte samarbetar eller lider av neurologiska problem, senilitet, mentalt sjukdom, alkoholism eller narkotikamissbruk som hindrar dem från att följa kirurgens instruktioner.
2.Markant benförlust, allvarlig benskörhet eller förändringar på grund av vilka det inte går att hitta lämplig fastsättning för protesen.
3.Metaboliska störningar som kan reducera benbildningen eller orsaka förlust av ben.
4.Osteomalaci.
5.Patologisk fetma.
6.Dålig prognos vid sårläkning (till exempel trycksår, terminal diabetes, allvarlig proteinbrist och/eller undernäring).

VARNING

a)Proteserns motståndskraft och belastning av den: även om dessa proteser procentuellt sett är tjockare, kan man inte vänta sig att de ska motstå samma höga aktivitet, belastningsnivå, motstånd och livslängd som det friska ben. Den belastning som produceras på det stödjande benet och graden av aktivitet avgör proteses livslängd. Regelbundna kontroller eller operationen rekommenderas.

b)Välja rätt protes: rätt val av protesens storlek, form och utformning ökar möjligheterna till ett lyckat resultat. Proteserna fordrar en noggrann inpassning med en lämplig infästning till benet.

c)Kritiska faktorer i samband med valet av patient:
1.Yrke eller aktivitet: om patientens yrke eller aktivitet innebär överbelastning av knädet kan de krafter som resulterar orsaka fel på fastsättning, på protes eller på båda delarna. Protesen kommer inte att återställa funktionaliteten till samma nivå som den ett friskt ben har, så patienten bör inte ingers falska förhoppningar.
2.Senilitet, mentalsjukdom eller alkoholism: dessa betingelser, bland andra, kan göra att patienten ignorerar vissa begränsningar och försiktighetsåtgärder som man bör ta hänsyn till vid användning av proteser, med påföljande risk för misslyckande eller andra komplikationer.
3.Överkänslighet mot främmande kroppar. När man misstänker överkänslighet mot metaller, måste lämpliga allergitester göras före implantationen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

a.Steril produkt för engångsanvändning: produkten marknadsförs steriliserad med gammastrålning och skall aldrig omsteriliseras av användaren. Å andra sidan får inte protes under några som helst omständigheter återanvändas, selv om det kan förefalla intakt, kan det have små defekter, mikroskopiska brister eller interna stressmönster som kan orsaka skada på grund av försvagning.

b.Hantering av protesen: Proteserna måste behandlas med försiktighet och genom att använda de specifika instrument som är avsedda för detta. Annars kan det uppstå defekter i dess ytfinish som sedan kan övergå till fokus så att mekanismen till slut upphör helt att fungera.
Om det skulle vara nödvändigt att ta ut implantatet, skall det behandlers som biologiskt avfall, och att avfallshantera och förstöra det enligt sjukhusets interna procedurer.

c.Instruktioner och lämplig information till patienten: kirurgen bör instruera och informera patienten om protesens begränsningar så att denne kan vidta försiktighetsåtgärder beträffande stödvikt och belastning innan läkningen är klar. Kirurgen bör också tala om för patienten att om de postoperativa instruktionerna inte följs så kan det leda till brott på protesen eller migration som kräver revisionskirurgi (migration) varvid det för nödvändigt att utföra ett nytt kirurgiskt ingrepp för att ta bort protesen.
Den anledningen bör också kirurgen underrätta patienten om den implanterade produktens sammansättning, vilket anges på enhetsförpackningens etikett, så att denne i sin tur kan upplysna om detta vid senare diagnostiska prov som magnetisk kärnresonans.

d.Kirurgisk teknik: protesen bör appliceras av kirurger som är mycket bekantamed och har stor erfarenhet av den kirurgiska tekniken och postoperativ vård av patienten.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

1.Utebliven eller förbjuden konsolidering.
2.Fraktur, lossning eller insjunkning av protesen .
3.Överkänslighet mot metallen eller reaktion mot främmande kropp.
4.Minskad benthet på grund av belastningsöverskott.
5.Smärta, obehag eller onormala känslor på grund av att protesen finns där .
6.Skador på nerver, mjukdelar eller blodkärl på grund av kirurgiskt trauma.
7.Benfrakturer.
8.Bennekros.
9.Blödning.
10.Infektion

YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information, vänligen kontakta närmaste representant eller distributör för BIOMET.

DK

KNÆPROTESER TIL ALLERGISKE PATIENTER

BRUGSANVISNING

ADVARSEL: Kirurgen skal have grundigt kendskab til de medicinske, kirurgiske og mekaniske aspekter, der har relation til brugen af dette produkt. Disse instruktioner skal derfor læses omhyggeligt inden brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Helproteser til knæ har til implantation i allergiske patienter omfatter forskellige komponenter: CR (Cruciate Retaining) femurkomponenter, Performance System PS (Post Stabilized) åben box og PS lukket box, i Performance tibiale plateauer, og tibia plateauer med finner fra Biomet Modular Tibial System, og Performance System femoral låseskrue.

De unikompartmentelle patellofemorale knæproteser til allergiske patienter omfatter den patellofemorale Vanguard Komponent.

De forskellige knæprotesekomponenter til brug i allergiske patienter er fremstillet af krom-kobolt-molybden (CoCrMo) som anført på pakningen og har en belægning af titanium-nitrid-nitrogen (TiNbN). De leveres i forskellige størrelser og versioner afhængigt af komponenten.

De komplette knæproteser anvendes til leddudskiftning ved total knæledsalloplastik med det mål at genoprette knæets bevægelighed, gøre det muligt at fordele belastningen via protesens mekanisme i leddet – i så vidt muligt på i så høj grad som muligt at genoprette normal anatomi og tillade optimal bevægelighed i det artikulære led. Delproteser til det patellofemorale knæ anvendes til leddudskiftning ved patellofemoral artroplastik.

Komponenterne i det "Biomet Modular Tibial System" er kompatible med femur-komponenter i Biomet proteser, under forudsætning af, at det specifikke tibia-indsats anvendes med det samme bakkefikseringssystem.

VEJLEDNINGER

De komplette knæproteser er udviklet til brug ved total knæledsalloplastikker i følgende tilfælde: Arthrosis, traumatisk arthritis, reumatoid arthritis, korrektion af funktionelle deformiteter og udskiftningsteknikker, hvor andre behandlinger er misslykkedes.

De komplette proteser til det patellofemorale knæ er udformet til at skulle anvendes til patella-femoral artroplastik i følgende tilfælde: osteoartrose i knæleddet (art. femoropatellaris), sygdomsforhold med diskokation eller brud af knæet, og hos patienter hvor et tidligere kirurgisk indgreb er mislykkedes, og hvor smerte, deformitet eller funktionsforstyrrelse stadig forefindes. Begge korsbånd skal være intakte. De tibiofemorale led skal være i god stand, menisken skal være intakt og ledbrusken tykkelse må ikke være reduceret.

De komplette proteser til det patellofemorale knæ kontraindikeres til total udskiftning af knæskallen.

Knæproteser til allergiske patienter er endvidere velegnet til brug i patienter, der er allergiske over for en af komponenterne i krom-kobolt-molybden (CoCrMo)-legeringen, der er baseret på ASTM F-75.

KONTRAINDIKATIONER

a) Absolutte kontraindikationer
1.Infektion eller inflammation af knæleddet.
2.Distante infektionsfokus, der kan give anledning til hæmatogen spredning i retning mod protesen.
3.Hurtig progression af primære eller metastaserende tumorer eller knoglemetastaser, som manifesterer sig ved destruktion af knoglemasse eller knoglelæsionerpå tegn, der er evident på røntgenbilleder.
4.Patienter med umodent skelet.
5.Bær ikke anvendes til patienter, der er overfølsomme eller allergiske over for nogen af de produktkomponenter, der er anført på pakningen, med undtagelse af komponenter, der er en del af CoCrMo-legeringen, da dette materiale er indkapslet af TiNbN-belægningen..
Desuden for komplette proteser til det patellofemorale knæ:
6.Beskadigede eller ikke funktionsdygtige korsbånd
7.Femorotibial artrose
b) Tilstande der forøger risikoen for dårligt resultat
1.Patienter som ikke samarbejder eller som lider af neurologiske problemer, senilitet, mentalt sygdom, alkoholisme eller stofmisbrug, som forhindrer dem i at følge kirurgiens instruktioner.
2.Markant knogletab, alvorlig osteoporose eller revisionsindgreb, hvor det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig fastgørelse af protesen.
3.Metabolske lidelser som kan reducere dannelsen af eller forårsage tab af knoglemasse.
4.Osteomalaci.
5.Sygelig fedme.
6.Dårlig prognose i relation til sårheling (f.eks. trykslår/liggesår, terminal diabetes, alvorlig proteinmangel og/eller fejlernæring).

ADVARSLER

a)Proteses resistens og belastning: Selv om disse komponenter har er højt succesrate, kan det ikke forventes, at de skal kunne stå for den samme aktivitet, og belastning og have en styrke og en levetid som en rask knogle. Belastningen fra knogleunderstøttelse og aktivitetsniveauet vil være afgørende for protesens levetid. Det anbefales, at der foretages periodisk kontrol. Revision kirurgi kan være påkrævet.

b)Korrekt valg af protese: Et korrekt valg af protesestørrelse, form og -design vil øge chancerne for succes. Proteserne skal placeres omhyggeligt med tilstrækkelig fiksering til knoglen.

c)Kritiske faktorer i forbindelse med patientudvælgelse:
1.Job eller aktivitet: Hvis patientens job eller øvrige aktiviteter medfører overanstrengelse af knæleddet, kan de resulterende kræfter føre til brist af fikseringen, protesen eller begge. Protesen kan ikke genoprette den fulde funktionalitet i den sunde knogle, og falske forventninger hos patienten bør undgås omhyggeligt.
2.Senilitet, mental sygdom eller alkoholisme: Disse og andre tilstande kan forårsage at patienten ignorerer visse af de begrænsninger og forholdsregler, der gælder for brugen af protesen, hvilket medfører fare for fejl inden andre komplikationer.
3.Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der er mistanke om overfølsomhed over for metaller, skal der udføres passende allergitests forud for protesen.

FORSIGTIGHEDSREGLER

a)Sterilt produkt beregnet til engangsbrug: Produktet leveres steriliseret med gammabestråling og må aldrig gensteriliseres af brugeren. På den anden side må protesen under ingen omstændigheder genanvendes, selv om det kan fremstå intakt, kan det have små defekter, mikroskopiske fejl eller indre stresszoner, som kan medføre svigt på grund af materialetræthed.

b)Håndtering af protesen: Protesen skal håndteres med forsigtighed under anvendelse af instrumenter, der er specielt beregnet til dette. Manglende overholdelse af dette kan medføre en beskadigelse af overfladebehandlingen, der på sigt kan blive udgangspunkt for ultimativt svigt af anordningen.
Hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne implantatet, skal dette behandles som biologisk affald, og det skal bortskaffes og tilintetgøres i overensstemmelse med de interne procedurer, der er gældende på hospitalet.

c)Passende patientinformation og -vejledning: Kirurgen skal vejlede og informere patienten om protesens begrænsninger, således at denne tager passende hensyn for så vidt angår vægt og belastning før fuld heling er opnået. Patienten skal advares om, at manglende overholdelse af de postoperative instruktioner kan føre til brud på protesen eller mulig migration, hvilket vil medføre behov for revisionskirurgi for at fjerne proteser.
Ligeledes skal kirurgen orientere patienten om implantatets materialemæssige sammensætning, som er angivet på etiketten på enhedsemballagen, således at denne er i stand til at oplyse denom i tilfælde af efterfølgende diagnostiske undersøgelser såsom NMR-scanning.

d)Kirurgisk teknik: Protesen skal indsættes af kirurger, der har stor erfaring og er bekendte med den kirurgiske teknik og postoperativ patientpleje.

MULIGE BIVIRKNINGER

1.Manglende konsolidering eller forsinket konsolidering.
2.Fraktur, løsrivelse eller sammenbrug af protesen.
3.Overfølsomhed over for metallet eller reaktion imod fremmedlegemer.
4.Tab af knoglemasse på grund af øget belastning.
5.Smerte, ubehag eller unormale følelser grundet tilstedeværelsen af protesen.
6.Beskadigelse af nerver, bløde væv eller blodkar grundet kirurgisk traume.
7.Knoglebrud.
8.Knoglenekrose.
9.Blødning.
10.Infektion.

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information kontakt den nærmeste BIOMET repræsentant eller distributør.

GR

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χειρουργός πρέπει να κατέχει εκτενείς γνώσεις για τα ιατρικά, χειρουργικά και μηχανικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος. Επομένως, οι παρούσες οδηγίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι προθέσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος που προορίζονται για αλλεργικούς ασθενείς αποτελούνται από διάφορα εξαρτήματα: μηριαίους χιαστού (CR), ανοιχτό και κλειστό κοίλωμα μετέπειτα σταθεροποίησης (PS) από το σύστημα Performance, πλατώματα κνημιαία με φινίρισμα και κνημιαίο στέλεχος με σφήνα από το δομοστοιχειωτό κνημιαίο σύστημα Biomet και βίδα κλειδώματος του συστήματος Performance.

Η μονοδιαμερισματική προθέση μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής γόνατος που προορίζεται για αλλεργικούς ασθενείς αποτελείται από το εμβρυουλκικό εξάρτημα Vanguard.

Τα διάφορα εξαρτήματα των προθέσεων γόνατος που προορίζονται για αλλεργικούς ασθενείς κατασκευάζονται από χρώμιο-κοβάλτιο-μολυβδαίνιο (CoCrMo), όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ετικέτα της κάθε συσκευασίας και διαθέτουν επένδυση τιτανίου-νιοβίου-αζώτου (TiNbN). Κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη και εκδόσεις ανάλογα με το εξάρτημα.

Οι ολικές προθέσεις γόνατος χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των αρθρώσεων στην περίπτωση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με στόχο την αποκατάσταση της κίνησης του γονάτου, επιτρέποντας την κατανομή του φορτίου μέσω του μηχανισμού της πρόθεσης στην εν λόγω άρθρωση, επιδιώκοντας τη μίμηση στο μέτρο του δυνατού της συνήθους ανατομίας και παρέχοντας στην άρθρωση την αρχική της κινηματική. Οι μερικές προθέσεις γόνατος επιγονατιδομηριαίου προορίζονται χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των αρθρώσεων στις επιγονατιδοδημηριακές επιφάνειες.

Τα στοιχεία του «δομημένου Κνημιαίου Συστήματος Biomet» είναι συμβατά με τα μηριαία στοιχεία των προθέσεων της ομάδας Biomet εφόσον και όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο κνημιαίο ένθετο στοιχείο με το ίδιο σύστημα στερέωσης των δίσκων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ολικές προθέσεις γονάτου είναι σχεδιασμένες και ενδεικνυται για αντικατάσταση της αρθρικής επιφάνειας του γόνατου σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας, τραυματική αρθρίτιδα, ρευματοειδης αρθρίτιδα, διόρθωση λειτουργικών και τεχνικών παραμορφώσεων αντικαταστάσεις στην περίπτωση όπου άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει.

Οι μερικές προθέσεις γονάτου επιγονατιδομηριακού διαμερίσματος είναι σχεδιασμένες και προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα περιπατητικού τύπου του επιγονατιδομηριακού διαμερίσματος, ιστορικό εξαρθρήματος ή επιγονατιδικού κατάγματος και σε ασθενείς με προγενετήσιες απεπτυξιακές χειρουργικές διαβρώσεις οι οποίοι έχουν αποτύχει και παρουσιάζουν πόνο, παραμόρφωση ή δυσλειτουργία. Και οι δύο χιαστοί σύνδεσμοι πρέπει να είναι άθικτοι. Οι κνημιοημιαίες αρθρώσεις πρέπει να έχουν καλή διατήρηση με τον αρθρικό χόνδρο αμείωτο και πλήρες πάχος χόνδρου άρθρωσης.

Οι μερικές επιγονατιδομηριακές προθέσεις αντενδείκνυνται για την ενδεικνυται στην ολική αρθροπλαστική γόνατος.

Ομοίως, οι προθέσεις γόνατος για αλλεργικούς ασθενείς προορίζονται για ασθενείς οι οποίοι είναι αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του κράματος χρωμίου-κοβαλτίου-μολυβδαινίου (CoCrMo) συμφωνα με το πρότυπο ASTM F-75

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

a) Απόλυτες αντενδείξεις
1.Λοίμωξη ή φλεγμονή στην άρθρωση του γονάτου.
2.Απομακρυσμένες πηγές μόλυνσης που μπορούν να προκαλέσουν αιματογενή διάδοση προς την πρόθεση.
3.Ταχεία εξέλιξη κακοήθων ή μεταστατικών όγκων ή οστική μετάσταση εμφανιζόμενη λόγω καταστροφής της οστικής μάζας ή απορρόφησης οστού εμφανούς σε ακτινογραφίες.
4.Ασθενείς με σκελετική ανωριμότητα.
5.Υπερευαίσθητοι ή αλλεργικοί ασθενείς σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ετικέτα της κάθε συσκευασίας, εκτός από τα συστατικά του κράματος CoCrMo, δεδομένου ότι τα τελευταία είναι ειδικώς κατασκευασμένα από νιτρίδιο του τιτανίου με επένδυση TiNbN.
Επιπλέον, στην περίπτωση προθέσεων γονάτου επιγονατιδομηριακού διαμερίσματος:
6.Αλλοιωμένοι ή μη λειτουργικοί χιαστοί σύνδεσμοι
7.Κνημιομηριακή αρθρίτιδα
β) Καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο αστοχίας
1.Ασθενείς που δεν συνεργάζονται ή πάσχουν από νευρολογικά προβλήματα, γεροντική κατάπτωση, διανοητικές διαταραχές, αλκοολισμό ή τοξικομανία που εμποδίζουν τους ασθενείς να ακολουθήσουν τις οδηγίες του χειρουργού.
2.Σημαντική απώλεια οστού ή οστεοπόρωση η οποία εξετάζεται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η επαρκής στερέωση της πρόθεσης.
3.Μεταβολικές διαταραχές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν οστική μείωση ή απώλεια.
4.Οστεομαλακυσία.
5.Παθολογική παχυσαρκία.
6.Κακή πρόγνωση σχετικά με την επούλωση τραύματος (π.χ. κατάκλιση, καταληκτικός διαβήτης, σοβαρή έλλειψη πρωτεϊνης ή/και υποσιτισμός).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

a)Αντίσταση και φόρτιση της πρόθεσης: Αν και αυτές οι συσκευές έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας, δεν αναμένεται ότι θα υποστηρίξουν τη δραστηριότητα, τη φόρτιση, την αντοχή και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του υγιούς οστού. Τα φορτία που παράγονται από την υποστήριξη των οστών και τα επίπεδα δραστηριότητας θα καθορίσουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της πρόθεσης. Συνιστάται ένα μετεγχειρητικό τακτικό έλεγχο παρακολούθησης.

b) Ορθή επιλογή προθέσεως: Η ορθή του μεγέθους, του σχήματος και του σχεδίου της πρόθεσης αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Οι προθέσεις χρειάζονται προσεκτική τοποθέτηση με επαρκή σταθερότητας του οστού.

c)Κρίσιμοι παράγοντες κατά την επιλογή των ασθενών:
1.Επάγγελμα ή δραστηριότητα: εάν το επάγγελμα ή η απασχόληση του ασθενή έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση του γόνατος πέραν των φυσιολογικών δυνάμεων ενέργειας να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα, στην πρόθεση ή και στα δύο. Η πρόθεση δεν αποκαθιστά τα φυσιολογικά επίπεδα της ενεργούς οστού και δεν πρέπει να δημιουργούνται ψευδαισθήσεις στον ασθενή.
2.Γήρανση, καταπόνηση ή αλκοολισμός: Αυτές οι καταστάσεις, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις, είναι δυνατόν, μεταξύ άλλων, να κάνουν τον ασθενή να αγνοήσει ορισμένους περιορισμούς και προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της πρόθεσης, με κινδύνο αποτυχίας ή άλλων επιπλοκών.
3.Υπερευαισθησία σε ξένα σώματα: Εάν υπάρχει υποψία υπερευαισθησίας σε μέταλλα, πρέπει να πραγματοποιούνται τα κατάλληλα αλλεργικά τεστ πριν από την εμφύτευση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

a)Αποστειρωμένο προϊόν μιας χρήσης: Το προϊόν διατίθεται αποστειρωμένο μέσω ακτινοβολίας γάμμα και δεν πρέπει να αποστειρώνεται εκ νέου από το χρήστη. Από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκ νέου μια πρόθεση, ακόμη και όταν παρέχεται άθικτη, διότι παρόλ' φαίνεται άθικτη ενδέχεται να παρουσιάζει μικρά ελαττώματα, μικρο-σκοπικές ατέλειες ή εσωτερικές ελαττώματα στο τέλειωμα της επιφάνειάς τους, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία αποτυχίας λόγω κόπωσης.

Εάν απαιτείται η αφαίρεση του εμφυτεύματος, ο χρήστης πρέπει να το αντιμετωπίζει ως βιολογικό απόβλητο και να μεριμνά για την απόρριψή και καταστροφή του σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του εκάστοτε νοσοκομείου.

γ)Οδηγίες και κατάλληλη ενημέρωση του ασθενή: Ο χειρούργος πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή για τους περιορισμούς της πρόθεσης, ούτως ώστε αυτός να λαμβάνει προφυλάξεις όσον αφορά τη στήριξη του βάρους και τη φόρτιση, την οποία πρέπει να αποφεύγει μέχρι να επουλωθούν οι ιστοί. Η μη τήρηση των μετεγχειρητικών οδηγιών ενδεχομένως να προκλέσει θραύση της πρόθεσης ή χαλάρωση μετατόπισης που απαιτεί τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της πρόθεσης.

Επίσης, ο χειρούργος πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή σχετικά με τη σύνθεση του εμφυτεύματος, η οποία παρατίθεται αναλυτικά στη σήμανση της συσκευασίας του κάθε εμφυτεύματος, προκειμένου ο ασθενής να δύναται να παρέχει σχετική ενημέρωση στα πλαίσια μεταγενέστερων διαγνωστικών εξετάσεων όπως είναι η πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός.

δ)Χειρουργική τεχνική: Η πρόθεση πρέπει να χρησιμοποιείται από χειρούργους εξοικειωμένους με αυτήν βαθιά με τη χειρουργική τεχνική και τη μετεγχειρητική περίθαλψη του ασθενή και με σχετική εμπειρία.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

1.Απουσία στερέωσης ή καθυστερημένη στερέωση.
2.Θραύση, χαλάρωση ή/και παραμόρφωση.
3.Ευαισθησία στο μέταλλο ή αντίδραση σε ξένο σώμα.
4.Απώλεια οστικής πυκνότητας λόγω μεταφοράς φορτίου.
5.Πόνος, απώλεια άνεσης ή ασυνήθεις αισθήσεις λόγω της πρόθεσης.
6.Καταστροφή νεύρων, μαλακών ιστών ή αιμοφόρων αγγείων λόγω χειρουργικού τραύματος.
7.Κνιφέλτσιλ.
8.Οστική νέκρωση.
9.Αιμορραγία.
10.Μόλυνση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή διανομέα της BIOMET.

CZ

KOLENNÍ PROTÉZA PRO ALERGICKÉ PACIENTY

NÁVOD K POUŽITÍ

**UPOZORNĚNÍ: Chirurg musí mít rozsáhlé znalosti lékařských, chirurgických a mechanických aspektů souvisejících s